



Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0056C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-56
Date	April 26, 2023
Due	July 25, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

**Channels Table for 2.4G-5G wireless**

channel	frequency	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.5	-23.71	-72.79	pass
6	2437	-97.5	-25.01	-72.49	pass
11	2462	-96.5	-23.81	-72.69	pass
44	5220	-91.002	-27.762	-63.24	pass
100	5500	-91.502	-27.562	-63.94	pass
157	5785	-91.502	-27.862	-63.64	pass

**The end**