

Calibration qualified

| | |
|----------------|--------------------|
| Equipment Name | Shielding Box |
| Control no | 97W-0101C |
| Số SN | FN-CNSB-000003 |
| Date | June 28, 2023 |
| Due | September 27, 2023 |
| Average Spec | 2.4GHz&5GHz ≤-60dB |
| Result | PASS |
| Signed by | HAI |
| Department | CPEII-TE |

Channels Table for 2.4G-5G wireless

| chanel | frequence | closed | open | pathloss spec <-60db | result |
|--------|-----------|--------|--------|-------------------------|--------|
| 1 | 2412 | -97.28 | -23.91 | -73.37 | pass |
| 6 | 2437 | -96.89 | -23.61 | -73.28 | pass |
| 11 | 2462 | -97.35 | -23.6 | -73.75 | pass |
| 44 | 5220 | -90.31 | -28.66 | -61.65 | pass |
| 100 | 5500 | -90.92 | -28.96 | -61.96 | pass |
| 157 | 5785 | -90.5 | -28.44 | -62.06 | pass |

The end