

# Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0040C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-40
Date	April 26, 2023
Due	July 25, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

## Channels Table for 2.4G-5G wireless

channel	frequency	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-97.5	-22.57	-74.93	pass
6	2437	-97	-22.37	-74.63	pass
11	2462	-97	-22.37	-74.63	pass
44	5220	-91.502	-27.422	-64.08	pass
100	5500	-92.002	-27.822	-64.18	pass
157	5785	-91.502	-27.322	-64.18	pass

The end