

# Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0012C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-12
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

## Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-97.54	-23.13	-74.41	pass
6	2437	-96.71	-23.41	-73.3	pass
11	2462	-96.8	-22.72	-74.08	pass
44	5220	-91.52	-28.46	-63.06	pass
100	5500	-91.61	-27.79	-63.82	pass
157	5785	-90.24	-26.65	-63.59	pass

The end