



Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0343C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-215
Date	April 26, 2023
Due	July 25, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz \leq -60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

channel	frequency	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.358	-22.758	-73.6	pass
6	2437	-97.248	-23.368	-73.88	pass
11	2462	-97.358	-23.408	-73.95	pass
44	5220	-91.74	-28.628	-63.11	pass
100	5500	-90.9	-27.46	-63.44	pass
157	5785	-91.23	-27.3	-63.93	pass

The end