

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0049C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-49
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.49	#N/A	#N/A	pass
6	2437	-97.88	-23.03	-74.85	pass
11	2462	-96.74	-22.46	-74.28	pass
44	5220	-91.69	-28.49	-63.20	pass
100	5500	-90.86	-27.73	-63.13	pass
157	5785	-91.68	-28.51	-63.17	pass

The end