

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0060C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-60
Date	April 26, 2023
Due	July 25, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	MBD1-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.02	-23.64	-72.38	pass
6	2437	-97.52	-24.84	-72.68	pass
11	2462	-96.52	-23.94	-72.58	pass
44	5220	-90.522	-28.51	-62.01	pass
100	5500	-90.522	-27.712	-62.81	pass
157	5785	-91.522	-28.612	-62.91	pass

The end