

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0039C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-39
Date	April 26, 2023
Due	July 25, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	MBD1-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

channel	frequency	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-95.02	-23.14	-71.88	pass
6	2437	-95.02	-23.26	-71.76	pass
11	2462	-95.02	-23.24	-71.78	pass
44	5220	-91.022	-27.49	-63.53	pass
100	5500	-91.022	-27.462	-63.56	pass
157	5785	-91.022	-27.532	-63.49	pass

The end