

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0036C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-36
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.14	-23.31	-72.83	pass
6	2437	-96.04	-23.29	-72.75	pass
11	2462	-96.29	-23.51	-72.78	pass
44	5220	-90.63	-27.11	-63.52	pass
100	5500	-91.34	-27.65	-63.69	pass
157	5785	-91.62	-28.39	-63.23	pass

The end