

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0078C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-78
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

channel	frequency	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.87	-23.65	-73.22	pass
6	2437	-96.85	-23.29	-73.56	pass
11	2462	-96.85	-22.96	-73.89	pass
44	5220	-90.32	-27.56	-62.76	pass
100	5500	-90.95	-28.07	-62.88	pass
157	5785	-90.26	-28.23	-62.03	pass

The end