

# Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0098C
Số SN	FN-CNSB-002545
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

## Channels Table for 2.4G-5G wireless

channel	frequency	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-97.19	-23.54	-73.65	pass
6	2437	-97.13	-23.86	-73.27	pass
11	2462	-97.23	-23.85	-73.38	pass
44	5220	-90.54	-28.36	-62.18	pass
100	5500	-90.5	-27.87	-62.63	pass
157	5785	-90.5	-28.32	-62.18	pass

The end