

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0047C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-47
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-97.16	-23.71	-73.45	pass
6	2437	-96.91	-23.79	-73.12	pass
11	2462	-96.79	-23.72	-73.07	pass
44	5220	-91.54	-27.54	-64.00	pass
100	5500	-92.5	-27.62	-64.88	pass
157	5785	-91.5	-27.37	-64.13	pass

The end