

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0107C
Số SN	FN-CNSB-023
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-97.32	-23.64	-73.68	pass
6	2437	-96.39	-23.36	-73.03	pass
11	2462	-97.28	-23.81	-73.47	pass
44	5220	-91.95	-27.21	-64.74	pass
100	5500	-92.76	-27.89	-64.87	pass
157	5785	-92.12	-27.55	-64.57	pass

The end