

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0115C
Số SN	FN-CNSB-000408
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.55	-23.51	-73.04	pass
6	2437	-97.35	-23.96	-73.39	pass
11	2462	-97.21	-23.76	-73.45	pass
44	5220	-91.54	-27.23	-64.31	pass
100	5500	-92.56	-27.66	-64.9	pass
157	5785	-92.26	-27.96	-64.3	pass

The end