

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0094C
Số SN	FN-CNSB-001132
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-97.47	-23.49	-73.98	pass
6	2437	-97.33	-23.89	-73.44	pass
11	2462	-96.89	-23.3	-73.59	pass
44	5220	-91.26	-27.26	-64.00	pass
100	5500	-91.74	-27.23	-64.51	pass
157	5785	-92.14	-27.35	-64.79	pass

The end