



## Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0172C
Số SN	FN-CNSB-002706
Date	April 26, 2023
Due	July 25, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz $\leq$ -60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

### Channels Table for 2.4G-5G wireless

channel	frequency	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.54	-22.45	-74.09	pass
6	2437	-97.54	-22.65	-74.89	pass
11	2462	-97.04	-22.65	-74.39	pass
44	5220	-91.042	-28.812	-62.23	pass
100	5500	-90.542	-28.512	-62.03	pass
157	5785	-91.042	-28.612	-62.43	pass

The end