

На конкретную единицу выделенного для ЭМП автотранспорта заполняется один из трех представленных вариантов чек-листа

Тип №1: сертифицированный автотранспорт

Наименование ДО/ ПО

Структурное подразделение ДО/ ПО (цех, участок)

Объект проверки (марка ТС, гос.номер)

Дата: " ____ " _____ 20__ г.

№	Требование	Соответствие*		Примечания
		да	нет	
1	Наличие сертификата соответствия санитарного транспорта класса "В" или "С"			
2	Выделенный для ЭМП автотранспорт укомплектован медицинским оборудованием и изделиями: - Электрокардиограф - Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких - Пульсоксиметр портативный транспортный - Редуктор-ингалятор кислородный - Электроотсасыватель с бактериальным фильтром - Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок - Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) - Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) - Тележка-каталка со съемными жесткими носилками, с не менее чем 2-мя уровнями по высоте, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя - Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением - Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента - Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении - Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых - Шина для конечностей длиной 60 см - Шина для конечностей длиной 80 см - Шина для конечностей длиной 120 см - Комплект противозидемический или транспортировочный инфекционный бокс - Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам - Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов - Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры - Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей.			раздел 3 Приложения 5 приказа Минздрава РФ №388н от 20.06.2011г.
3	Медицинское оборудование закреплено в выделенном для ЭМП автотранспорте			
4	Выделенный для ЭМП автотранспорт или здравпункт/ медпункт укомплектованы Общепрофильной и/ или Специализированной укладками (за исключением наркотических веществ, ядовитых веществ и этанола)			Приказ Минздрава РФ №1165 от 28.10.2020г
5	Обеспечены условия хранения медицинского оборудования и лекарственных средств в соответствии с требованиями инструкций/ паспортов производителей			
6	Каждая единица медицинского оборудования имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие			
7	Работоспособность каждой единицы медицинского оборудования подтверждена способом, указанным в инструкции к оборудованию (при отсутствии инструкции - тестовым включением)			
8	В салоне выделенного для ЭМП автотранспорта свободно размещаются пострадавший/ больной в транспортировочном положении со всем медицинским оборудованием и не менее 2 (двух) сопровождающих лиц с возможностью оказания медицинской помощи пострадавшему/ больному			

*Против каждого предмета проверки заполняется одно из полей **да/ нет**

Результат проверки: _____
(автотранспорт соответствует/ не соответствует минимальным требованиям - указать сроки устранения нарушений и сроки повторной проверки)

Уполномоченный на проведение проверки работник ДО _____
(должность, ФИО, подпись)

Тип №2: автотранспорт, укомплектованный комплексом эвакуации пострадавшего/ больного

Наименование ДО/ ПО

Дата: " ____ " ____ 20__ г.

Структурное подразделение ДО/ ПО (цех, участок)

Объект проверки (марка ТС, гос.номер)

№	Требование	Соответствие*		Примечания
		да	нет	
1	Обеспечена идентификация выделенного для ЭМП автотранспорта, что подтверждается наличием двух съемных флагов с креплениями (магнит/ присоска/ липучка/ и др.) в цветовом исполнении полотнища: красный крест на белом фоне			На несертифицированном санитарном транспорте не устанавливается проблесковый маячок Флаги не должны ограничивать обзор водителю
2	Выделенный для ЭМП автотранспорт или здравпункт/ медпункт укомплектованы:			
	- комплексом эвакуации пострадавшего/ больного			
	- транспортировочным инфекционным боксом или комплектом противоэпидемическим			
3	Комплекс эвакуации пострадавшего/ больного имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие			
4	Комплекс эвакуации пострадавшего/ больного, укомплектован минимальным перечнем медицинского оборудования и изделий: - транспортно-иммобилизирующее средство для фиксации поврежденных частей тела и транспортировки пострадавшего/ больного; - транспортная рама для крепления оборудования и соединительных кабелей; - матрац вакуумный; - комплект вакуумных шин; - аппарат искусственной вентиляции легких (далее ИВЛ) с кислородной поддержкой либо концентратор; - баллон кислородный из композитного материала объемом 6 литров; - насос-дозатор шприцевой инфузионный программируемый; - отсасыватель; - дефибриллятор; - блок мониторинга физиологических данных (монитор); - блок источника резервного питания; - устройство колесного хода для перевозки пострадавшего/ больного со всем оборудованием.			комплектация взята из МЭТИУ
5	Наличие медицинского оборудования в оперативном доступе для медперсонала в целях доукомплектации выделенного для ЭМП автотранспорта в момент выезда на вызов: 1. Портативный электрокардиограф 2. Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок			
6	Комплекс эвакуации пострадавшего/ больного помещается в выделенный для ЭМП автотранспорт			
7	Выделенный для ЭМП автотранспорт или здравпункт/ медпункт укомплектованы Общепрофильной и/ или Специализированной укладками (за исключением наркотических веществ, ядовитых веществ и этанола)			Приказ Минздрава РФ №1165 от 28.10.2020г
8	Обеспечены условия хранения медицинского оборудования и лекарственных средств в соответствии с требованиями инструкций/ паспортов производителей			
9	Каждая единица медицинского оборудования имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие			
10	Работоспособность каждой единицы медицинского оборудования подтверждена способом, указанным в инструкции к оборудованию (при отсутствии инструкции - тестовым включением)			
11	В салоне выделенного для ЭМП автотранспорта свободно размещаются пострадавший/ больной в транспортировочном положении со всем медицинским оборудованием/ комплексом эвакуации и не менее 2 (двух) сопровождающих лиц с возможностью оказания медицинской помощи пострадавшему/ больному			

*Против каждого предмета проверки заполняется одно из полей **да/ нет**

Результат проверки: _____
(автотранспорт соответствует/ не соответствует минимальным требованиям - указать сроки устранения нарушений и сроки повторной проверки)

Уполномоченный на
проведение проверки работник ДО _____

Тип №3: автотранспорт, укомплектованный медицинским оборудованием (не сертифицированный)

Наименование ДО/ ПО

Дата: " ____ " _____ 20 __ г.

Структурное подразделение ДО/ ПО (цех, участок)

Объект проверки (марка ТС, гос.номер)

№	Требование	Соответствие*		Примечания
		да	нет	
1	Обеспечена идентификация выделенного для ЭМП автотранспорта, что подтверждается наличием двух съемных флагов с креплениями (магнит/ присоска/ липучка/ и др.) в цветовом исполнении полотнища: красный крест на белом фоне			Флаги не должны ограничивать обзор водителю
2	Выделенный для ЭМП автотранспорт укомплектован медицинским оборудованием и изделиями: - Электрокардиограф портативный - Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких - Пульсоксиметр портативный транспортный - Редуктор-ингалятор кислородный - Электроотсасыватель с бактериальным фильтром - Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок - Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) - Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) - Тележка-каталка со съемными жесткими носилками, с не менее чем 2-мя уровнями по высоте, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя - Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением - Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента - Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении - Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых - Шина для конечностей длиной 60 см - Шина для конечностей длиной 80 см - Шина для конечностей длиной 120 см - Комплект противозидемический или транспортировочный инфекционный бокс - Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам - Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов - Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры - Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей.			раздел 3 Приложения 5 приказа Минздрава РФ №388н от 20.06.2011г.
3	Медицинское оборудование закреплено в выделенном для ЭМП автотранспорте			
4	Выделенный для ЭМП автотранспорт или здравпункт/ медпункт укомплектованы Общепрофильной и/ или Специализированной укладками (за исключением наркотических веществ, ядовитых веществ и этанола)			Приказ Минздрава РФ №1165 от 28.10.2020г
5	Обеспечены условия хранения медицинского оборудования и лекарственных средств в соответствии с требованиями инструкций/ паспортов производителей			
6	Каждая единица медицинского оборудования имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие			
7	Работоспособность каждой единицы медицинского оборудования подтверждена способом, указанным в инструкции к оборудованию (при отсутствии инструкции - тестовым включением)			
8	В салоне выделенного для ЭМП автотранспорта свободно размещаются пострадавший/ больной в транспортировочном положении со всем медицинским оборудованием в п.2 чек-листа и не менее 2 (двух) сопровождающих лиц с возможностью оказания медицинской помощи пострадавшему/ больному			

*Против каждого предмета проверки заполняется одно из полей **да/ нет**

Результат проверки: _____
 (автотранспорт соответствует/ не соответствует минимальным требованиям - указать сроки устранения нарушений и сроки повторной проверки)

Уполномоченный на
 проведение проверки работник ДО _____