

# BÁO CÁO KẾT QUẢ NỘI KIỂM

Máy XN: Cobas.6000

Lot: TEST2022022LV

Từ ngày: 03/12/2021

Level: 2

Hạn sử dụng: 12/28/2025

Đến ngày: 03/12/2022

STT	Tên xét nghiệm	Thời gian chạy	Đơn vị	Gía trị tham chiếu (+/-1SD)	Mean	SD	Kết quả	Cảnh báo/ghi chú
1	Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]	06:02 01/03/2022	Umol/L	4.25-4.75	4.5	0.25	4.7	
2	Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]	06:02 02/03/2022	Umol/L	4.25-4.75	4.5	0.25	4.9	
3	Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]	06:02 03/03/2022	Umol/L	4.25-4.75	4.5	0.25	4.95	
4	Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]	06:02 04/03/2022	Umol/L	4.25-4.75	4.5	0.25	4.87	
5	Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]	06:02 05/03/2022	Umol/L	4.25-4.75	4.5	0.25	4.99	
6	Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]	01:02 06/03/2022	Umol/L	4.25-4.75	4.5	0.25	5.01	

Nhận xét:

16:20, ngày 12 tháng 03 năm 2022

Người thực hiện

Người xem xét