



旺盈彩盒纸品有限公司

GLORY COLOUR BOXES& PAPER LIMITED

报告日期: 2017.06.08

Test Report

Report No:2017060821

送检公司: 东莞市上合旺盈印刷有限公司营业七部高志

送检公司地址: 东莞市东城区主山振兴路329号旺盈工业园

以下测试样品是由申请者提供及确认: 红外体温计

样品编号 :NA

批号 :NA

订单/工程单号 :NA

供应商 :NA

送检数量 :2PCS

客户名称/代码 :A1939

样品接收日期 :2017. 06. 05

测试周期 :2017. 06. 05-2017. 06. 08

测试方法 :请参见下一页

测试要求			结果
参考标准		测试项目	
1	客户要求	冷热循环	合格

更多测试细节请参考以下页面

旺盈彩盒纸品有限公司实验室授权以下人员测试并签核本报告

测试: 段礼鹏



报告日期: 2017.06.08

Test Report

Report No:2017060821

1、冷热循环测试

测试方法: 将测试产品放置恒温恒湿试验机内, 温度56℃, 湿度85%RH测试48小时, 然后温度为-30℃, 测试24小时, 测试完毕后的样品取出置于室温25℃±5℃, 湿度50-85%中回温4H后评估产品。

判定标准: 测试后样品表面无起泡、无假粘、无开胶、无变形或其它不良。

样品数量: 2PCS

结果描述: 按照标准测试后样品无开胶、无假粘现象、测试结果判定为合格。

测试图片:



*****报告结束*****