Preventiva trimestral

◐ Em andamento

Campanha	Hospital	Situação da campanha
Preventiva trimestral	**Hospital Norte**	**Processando**
Setores	Categorias	Período
UTI Adulto	**Bomba de Infusão**	**06/11/2026 a 06/12/2026**
Recorrência	Atribuição	Ativa
A cada 3 meses	**Distribuição equilibrada entre os técnicos do hospital**	**Sim**
Criada por	Criada em	Relatório emitido em
Ana Costa	**04/11/2026 00:00**	**04/11/2026 14:00**

Execução da campanha

92%

12 de 13 OTs concluídas


Equipamentos previstos	OTs geradas	Agendadas	Em andamento
15	13	1	0

Atrasadas	Canceladas	Puladas	Pendências
1 ▲ Ação	0	1 OT já aberta	1 ▲ Ação

▲ **Exige ação:** 12 itens não conformes em 12 equipamentos · 1 OT atrasada · 1 equipamento sem OT (pendência).

OTs por situação

Atrasadas também contam em agendadas ou em andamento.



✓ Concluídas	12 · 92,3%
◷ Agendadas	1 · 7,7%
◐ Em andamento	0 · 0,0%
! Atrasadas	1 · 7,7%
× Canceladas	0 · 0,0%

▲ Não conformidades · 12 itens em 12 equipamentos

Quadro completo, na ordem de correção do código do equipamento.

Cód.	Equipamento	OT	Item do checklist	Medido	Un.	Referência
EQ-0001	Bomba de Infusão 1	OT-1	Pressão de oclusão 1	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0002	Bomba de Infusão 2	OT-2	Pressão de oclusão 2	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0003	Bomba de Infusão 3	OT-3	Pressão de oclusão 3	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0004	Bomba de Infusão 4	OT-4	Pressão de oclusão 4	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0005	Bomba de Infusão 5	OT-5	Pressão de oclusão 5	▲ 612	mmHg	10 a 20

Cód.	Equipamento	OT	Item do checklist	Medido	Un.	Referência
EQ-0006	Bomba de Infusão 6	OT-6	Pressão de oclusão 6	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0007	Bomba de Infusão 7	OT-7	Pressão de oclusão 7	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0008	Bomba de Infusão 8	OT-8	Pressão de oclusão 8	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0009	Bomba de Infusão 9	OT-9	Pressão de oclusão 9	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0010	Bomba de Infusão 10	OT-10	Pressão de oclusão 10	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0011	Bomba de Infusão 11	OT-11	Pressão de oclusão 11	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0012	Bomba de Infusão 12	OT-12	Pressão de oclusão 12	▲ 612	mmHg	10 a 20

Equipamentos (13)

Conf. = itens conformes · NC = não conformes · Fora = medições fora da faixa

Cód.	Equipamento	OT	Agend.	Concl.	Situação	Conf.	NC	Fora	Tempo
EQ-0001	Bomba de Infusão 1 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-1	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min
EQ-0002	Bomba de Infusão 2 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-2	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min
EQ-0003	Bomba de Infusão 3 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-3	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min
EQ-0004	Bomba de Infusão 4 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-4	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min
EQ-0005	Bomba de Infusão 5 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-5	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min
EQ-0006	Bomba de Infusão 6 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-6	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min
EQ-0007	Bomba de Infusão 7 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-7	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min
EQ-0008	Bomba de Infusão 8 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-8	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min
EQ-0009	Bomba de Infusão 9 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-9	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min
EQ-0010	Bomba de Infusão 10 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-10	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min
EQ-0011	Bomba de Infusão 11 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-11	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min
EQ-0012	Bomba de Infusão 12 Bomba de Infusão · UTI Adulto Téc.: Carla Moreira	OT-12	04/11/2026	04/11/2026	✓ Concluída	1	1	1	1 h 05 min

Cód.	Equipamento	OT	Agend.	Concl.	Situação	Conf.	NC	Fora	Tempo
EQ-9999	Monitor 9 UTI Adulto Téc.: —	OT-A	04/11/2026		! Atrasada	0	0	0	

Puladas · 1 equipamento

Nenhuma OT nova foi criada, porque o equipamento já tinha uma preventiva aberta. Conclua ou cancele a OT indicada.

Cód.	Equipamento	Motivo	OT que bloqueou
EQ-0170		Já tem OT preventiva aberta no período	OT-0412

Pendências · 1 equipamento sem OT

▲ Requer ação. Estes equipamentos não entraram na campanha. Ajuste o cadastro e gere a campanha novamente.

Cód.	Equipamento	Motivo
EQ-0188		Equipamento sem categoria

Responsável técnico
Engenharia Clínica · nome e registro

Gestor
Nome e cargo

Data
dd/mm/aaaa

Fichas de manutenção por equipamento (13)

Cartão do equipamento, checklist item a item e parecer técnico.



Equipamento
EQ-0001
Bomba de Infusão 1

Status do equipamento
✓ **APTO**

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-1**
Situação: ✔ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 1	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 1	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 1	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-0002
Bomba de Infusão 2

Status do equipamento
◐ **EM MANUTENÇÃO**
Manutenção externa, OS 1234

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-2**
Situação: ✔ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 2	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 2	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 2	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-0003
Bomba de Infusão 3

Status do equipamento
▲ NÃO APTO

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-3**
Situação: ✔ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 3	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 3	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 3	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-0004
Bomba de Infusão 4

Status do equipamento
◐ EM MANUTENÇÃO
Manutenção externa, OS 1234

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-4**
Situação: ✔ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 4	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 4	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 4	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-0005
Bomba de Infusão 5

Status do equipamento
✓ **APTO**

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-5**
Situação: ✔ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 5	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 5	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 5	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-0006
Bomba de Infusão 6

Status do equipamento
× **DESATIVADO**

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-6**
Situação: ✔ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 6	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 6	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 6	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-0007
Bomba de Infusão 7

Status do equipamento
× DESATIVADO

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-7**
Situação: ✔ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 7	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 7	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 7	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-0008
Bomba de Infusão 8

Status do equipamento
▲ NÃO APTO

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-8**
Situação: ✔ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 8	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 8	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 8	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-0009
Bomba de Infusão 9

Status do equipamento
✓ **APTO**

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-9**
Situação: ✓ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 9	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 9	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 9	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-0010
Bomba de Infusão 10

Status do equipamento
✓ **APTO**

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-10**
Situação: ✓ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 10	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 10	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 10	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-0011
Bomba de Infusão 11

Status do equipamento
◐ EM MANUTENÇÃO
Manutenção externa, OS 1234

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-11**
Situação: ✔ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 11	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 11	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 11	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-0012
Bomba de Infusão 12

Status do equipamento
× DESATIVADO

Identificação
Categoria: **Bomba de Infusão**
Setor: **UTI Adulto**
Modelo: **BI-300**

Ordem de serviço
OT: **OT-12**
Situação: ✔ **Concluída**
Técnico: **Carla Moreira**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **04/11/2026 02:05**

Execução
Tempo: **1 h 05 min**
Resultado: **1 conf. · 1 NC**

Checklist da preventiva

1 conformes · 1 não conformes · 1 pendentes

#	Item	Tipo	Medido	Un.	Referência	Resultado
1	Integridade do gabinete 12	Sim/Não	sim	mmHg		✓ Conforme
2	Pressão de oclusão 12	Numérico	612	mmHg	10 a 20	▲ Não conforme
3	Temperatura 12	Numérico		mmHg	10 a 20	◷ Pendente

Parecer técnico
Reprovado



Equipamento
EQ-9999
Monitor 9

Status do equipamento
▲ NÃO APTO

Identificação
Categoria: **—**
Setor: **UTI Adulto**

Ordem de serviço
OT: **OT-A**
Situação: **! Atrasada**
Técnico: **—**

Datas
Agendada: **04/11/2026**
Concluída: **—**

Execução
Tempo: **—**
Resultado: **0 conf. · 0 NC**

○ **Checklist ainda não executado.**

Parecer técnico
Sem parecer registrado.