Preventiva trimestral

◐ Em andamento

Campanha	Hospital	Situação da campanha
Preventiva trimestral	**Hospital Norte**	**Processando**
Setores	Categorias	Período
UTI Adulto	**Bomba de Infusão**	**06/11/2026 a 06/12/2026**
Recorrência	Atribuição	Ativa
A cada 3 meses	**Distribuição equilibrada entre os técnicos do hospital**	**Sim**
Criada por	Criada em	Relatório emitido em
Ana Costa	**04/11/2026 00:00**	**04/11/2026 14:00**

Execução da campanha

80%

4 de 5 OTs concluídas


Equipamentos previstos	OTs geradas	Agendadas	Em andamento
7	5	1	0

Atrasadas	Canceladas	Puladas	Pendências
1 ▲ Ação	0	1 OT já aberta	1 ▲ Ação

▲ **Exige ação:** 4 itens não conformes em 4 equipamentos · 1 OT atrasada · 1 equipamento sem OT (pendência).

OTs por situação

Atrasadas também contam em agendadas ou em andamento.



✓ Concluídas	4 · 80,0%
◷ Agendadas	1 · 20,0%
◐ Em andamento	0 · 0,0%
! Atrasadas	1 · 20,0%
× Canceladas	0 · 0,0%

▲ Não conformidades · 4 itens em 4 equipamentos

Quadro completo, na ordem de correção do código do equipamento.

Cód.	Equipamento	OT	Item do checklist	Medido	Un.	Referência
EQ-0001	Bomba de Infusão 1	OT-1	Pressão de oclusão 1	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0002	Bomba de Infusão 2	OT-2	Pressão de oclusão 2	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0003	Bomba de Infusão 3	OT-3	Pressão de oclusão 3	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0004	Bomba de Infusão 4	OT-4	Pressão de oclusão 4	▲ 612	mmHg	10 a 20