Relatório da Campanha de Manutenção Preventiva

Resumo executivo

HEEM-RC-2026-B4BB

Preventiva trimestral

◐ Em andamento

Campanha **Preventiva trimestral**	Hospital **Hospital Norte**	Situação da campanha **Processando**
Setores **UTI Adulto**	Categorias **Bomba de Infusão**	Período **06/11/2026 a 06/12/2026**
Recorrência **A cada 3 meses**	Atribuição **Distribuição equilibrada entre os técnicos do hospital**	Ativa **Sim**
Criada por **Ana Costa**	Criada em **04/11/2026 00:00**	Relatório emitido em **04/11/2026 14:00**

Execução da campanha
80%
4 de 5 OTs concluídas


Equipamentos previstos	OTs geradas	Agendadas	Em andamento
7	**5**	**1**	**0**

Atrasadas	Canceladas	Puladas	Pendências
1 ▲ **Ação**	**0**	**1** OT já aberta	**1** ▲ **Ação**

▲ **Exige ação:** 4 itens não conformes em 4 equipamentos · 1 OT atrasada · 1 equipamento sem OT (pendência).

OTs por situação

Atrasadas também contam em agendadas ou em andamento.



▲ Não conformidades · 4 itens em 4 equipamentos

Quadro completo, na ordem de correção do código do equipamento.

Cód.	Equipamento	OT	Item do checklist	Medido	Un.	Referência
EQ-0001	Bomba de Infusão 1	OT-1	Pressão de oclusão 1	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0002	Bomba de Infusão 2	OT-2	Pressão de oclusão 2	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0003	Bomba de Infusão 3	OT-3	Pressão de oclusão 3	▲ 612	mmHg	10 a 20
EQ-0004	Bomba de Infusão 4	OT-4	Pressão de oclusão 4	▲ 612	mmHg	10 a 20