آزمایش (۱۲)


موضوع آزمایش: کار با تداخل سنج فابری پرو



وسایل مورد نیاز:


تداخل سنج فابری پرو لامپ سدیم و منبع تغذیه لامپ جیوه و منبع تغذیه پالایهی سبز

قداخل سنج فابری پرو- این تداخل سنج شامل دو تیغه نیمه اندود است که مطابق شکل ۱٬۱۲ موازی هم قرار می گیرند. یکی از این تیغه ها دارای دو پیچ تنظیم میباشد و تیغهی دیگر می تواند به موازات سطح خود انتقال یابد. میزان اندوده ی اغلب این تیغه ها به گونه ایست که توان بازتابی آن بیش از ۸۰ درصد می باشد. در این نوع تداخل سنج چون یک پرتو به چندین پرتو موازی تبدیل می شود، در نتیجه تداخل در بی نهایت صورت می گیرد و از این جهت مانند تداخل سنج مایکلسون می توان سیستم فریز را مستقیما" با چشم مشاهده کرد، در بعضی موارد حلقه ها به هم نزدیک می شوند که در این صورت از یک دوربین برای بزرگنمایی نقش تداخل می توان استفاده کرد.



(شكل ١-١١)

تنظیم دستگاه – V_1 و V_2 (شکل ۱-۱۲) فریزهای تداخلی روشن کرده و با تغییر جزئی پیچهای V_1 و V_2 (شکل ۱-۱۲) فریزها را مشاهده کنید. برای مشاهده بهتر، می توانید از دوربین استفاده کنید. با تغییر جزئی در پیچهای V_1 و V_2 فریزها را در مرکز میدان دید قرار دهید.(شکل ۲-۱۲)



شکل ۲–۱۲



شکل ۱-۱۲

آزمایش اول: مدرج کردن تداخل سنج روش آزمایش:

همانطور که در مورد تداخل سنج مایکلسون ذکر کردیم تغییر مکان پیچ ریز سنج فاصله بین تیغههای فابری پرو را بدست نمی دهد. برای آنکه بتوان فاصله تیغهها را با پیچ ریز سنج معین کرد بایستی بوسیله متبع تکفامی که طول موج مشخصی دارد رابطه بین تغییرات پیچ ریز سنج و فاصله حقیقی تیغهها را بدست آورد. اگر تغییر مکان پیچ ریز سنج را با D و فاصله دو تیغه را با D نشان دهیم، هدف از آزمایش اول بدست آوردن رابطه بین این دو، و تعیین ضریب D است. پس از تنظیم تداخل سنج از نور سبز جیوه با طول موج D برای مدرج کردن دستگاه استفاده کنید. ابتدا در جه ریز سنج را یادداشت کرده و تعداد صد فریز را بطرف داخل یا خارج بشمارید. D تغییر مکان پیچ ریز سنج را که با D نمایش می دهید، یادداشت کرده و از طرف دیگر با داشتن D استفاده از رابطه

 $2d=n\lambda$ (1Y-1)

مقدار d را محاسبه کرده، سپس نسبت d/D را محاسبه نمایید. با ضرب نسبت d/D در تغییر مکان پیچ ریزسنج برای هر طول موج، d مربوط به آن محاسبه می گردد و مثلا" می توان از رابطه d-۱۲ طول موج مجهولی را اندازه گیری کرد.

این آزمایش را حداقل سه بار تکرار کرده و نتایج حاصله را در جدول ۱-۱۲ بنویسید. نسبت d/D را با دقت اندازه گیری کنید که در آزمایشهای بعدی نیز بایستی از آن استفاده نمایید.

آزمایش دوم: اندازه گیری طول موج یکی از خطهای زرد سدیم روش آزمایش:

به جای لامپ جیوه، لامپ سدیم را به عنوان منبع نور مقابل تداخل سنج قرار داده و با تنظیم دقیق پیچهای V_2 و V_2 تصویر دقیقی از فریزها در مرکز میدان دید بدست آورید. (شکل V_2) با چرخاندن پیچ ریزسنج حداقل تعداد صد فریز آشکار (محو) شده در مرکز را شمرده و تغییر مکان پیچ ریزسنج را اندازه بگیرید. با استفاده از ضریب d/D مقدار تغییر مکان تیغهها را یافته و با توجه به تعداد فریزهای شمرده شده طول موج یکی از خطوط طیف سدیم را از رابطه ی V_2 بدست آورید. نتایج بدست آمده را در جدول V_2 یادداشت کنید.

مقدار میانگین طول موج بدست آمده را با مقدار ذکر شده در مراجع مقایسه کرده و در جدول ۱۲-۳ یادداشت کنید.



شکل ۳–۱۲

آزمایش سوم: تعیین اختلاف طول موج دو خط طیفی زرد سدیم

همسازی و ناهمسازی دو طول موج – همان طوری که در مورد تداخل سنج مایکلسون گفته شد طول موجهای λ_2 و λ_3 لامپ سدیم هر کدام سیستمهاس فریزهای جداگانهای تولید می کنند. در حالتی که فریزهای روشن یک سیستم بر روی فریزهای تاریک سیستم دیگر قرار گیرد ناهمسازی داریم و می توانیم بنویسیم:

$$2d = m\lambda_1 = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_2 \tag{1Y-Y}$$

حال اگر فاصله تیغههای فابری پرو را به تدریج زیاد (یا کم) کنیم چون یکی از سیستمها سریعتر از دیگری باز می شود، پس از مدتی دو سیستم روی یکدیگر قرار می گیرند که این حالت همسازی است. اگر باز هم به افزایش (یا کاهش) فاصله تیغهها ادامه دهیم دوباره در فاصله d دو سیستم کاملا" از هم جدا می شوند (ناهمسازی دوم) و حالتی شبیه به ناهمسازی اول خواهیم داشت. اگر بین دو ناهمسازی متوالی n فریز از λ وجود داشته باشد (n+1) فریز از λ وجود خواهد داشت و در نتیجه خواهیم داشت:

$$2d' = (m+n)\lambda_1 = (m+n+1+\frac{1}{2})\lambda_2$$
 (17-7)

اگر رابطه ۲-۱۲ را از رابطه ۳-۱۲ کم کنیم داریم:

$$2(d'-d) = n\lambda_1 = (n+1)\lambda_2 \tag{1Y-4}$$

و يا مي توان نوشت:

$$n\lambda_1 = (n+1)\lambda_2 \qquad (\delta, 17)$$

 $2(d'-d) = n\lambda_1$

با حذف n از رابطه ۵-۱۲ خواهیم داشت:


$$\lambda_1 - \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2(d'-d)} \tag{9-17}$$

در رابطه بالا (d'-d) فاصله بین دو ناهمسازی متوالی است که آن را با ا نشان می دهیم، بنابراین داریم:

$$\Delta \lambda = \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2l} \tag{1Y-V}$$

روش آزمایش:

پیچ ریزسنج مخصوص انتقال تیغه را بچرخانید تا حالت ناهمسازی کاملا" واضحی داشته باشید. در این حالت درجه پیچ ریزسنج را بچرخانید تا از ناهمسازی دوم عبور کرده و درجه پیچ ریزسنج را بچرخانید تا از ناهمسازی دوم عبور کرده و به ناهمسازی سوم برسید. برای نتیجه بهتر همواره پیچ ریزسنج را در یک جهت بچرخانید و در صورتیکه از ناهمسازی گذشتید مقدار زیادی به عقب برگردید و دوباره در جهت اولیه آن را حرکت دهید. تغییر مکان پیچ ریزسنج، فاصله بین سه ناهمسازی متوالی را می دهد، که آن را با 'L نشان می دهیم. نصف این فاصله یعنی 2/ک فاصله بین دو ناهمسازی متوالی را بدست می دهد. با ضرب این مقدار در نسبت d/D تغییر مکان واقعی بین دو تیغهی تداخل سنج را بدست آورده و نام آن را ا می گذاریم. با استفاده از رابطه ۷-۱۲ اندازه ی اختلاف دو طول موج طیف سدیم را بدست آورده و نتیجه را د رجدئل ۴-۱۲ یادداشت کنید. این آزمایش را حداقل سه بار تکرار کنید. این مقدار میانگین را با مقدار تئوری آن در جدول ۵-۱۲ با هم مقایسه کنید.



شکل 3-11: تصویر شماره ۱ تصویری از حالت همسازی کامل می باشد.تصاویر ۲ و π به ترتیب حالتی از تصویر است که به منطقه ناهمسازی وارد می شویم(به خطوط تیره نازک ایجاد شده دقت کنید. تصویر π منطقه ناهمسازی کامل است.

محاسبه خطا:

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول ۱-۱۲ خطای مربوط به d و d را تعیین کرده و سپس مقدار خطای نسبت d/D را بدست آورید.

خطای اندازه گیری طول موج سدیم را محاسبه کنید. همچنین خطای اختلاف طول موج دو خط طیفی سدیم از رابطهی زیر بدست آورید:

$$\frac{\delta(\lambda_1 - \lambda_2)}{(\lambda_1 - \lambda_2)} = \frac{\Delta l}{l} \tag{A-1Y}$$

که در آن با توجه به خطای نسبت d/D و خطای 'L مقدار ∆ را محاسبه کرده و خطای اختلاف طول موج دو طیف سدیم را بدست آورید.

بسمه تعالی آزمایشگاه اپتیک جدولهای آزمایش ۱۲

جدول ۱-۱۲	سنج فايري پرو	ک دن تداخا	~
11-1, 1935	استج فاد کی پرو	ودن ساحل	مدرج

.	22%	- , e - c	
دفعات	D(mm)	d(mm)	d/D
1			
۲			
٣			
		میانگین	

اندازه گیری طول موج زرد سدیم جدول۲-۱۲

دفعات	D(mm)	d(mm)	λ(Å)
1			
۲			
٣		0 , 1	3
	میانگین		

جدول۳-۱۲

	λ(Å)
آزمایش	
مقدار ذکر شده در مراجع	

تعیین اختلاف طول موج دو طیف زرد سدیم

دفعات	L'(mm)	l(mm)	Δλ(Å)
1			
۲			
٣			
	ميانگين		

جدول ٥-١٢

	Δλ(Å)
آزمایش	
مقدار ذکر شده در مراجع	