의료기기 구입시 주의사항

- ✓ 본인 팔 굵기에 맞는 커프 길이를 선택해야 합니다.
- ✓ 아날로그(아네로이드) 혈압계 사용시, 청진기의 심음을 들을 수 있는 교육이 필요합니다.
- ✓ 가격을 고려하여 선택합니다. 가격이 비싸다고 정확한 혈압계는 아닙니다.
- ✓ 손가락 및 손목에 재는 전자혈압계는 사용이 편리하지만 다소 부정확한 결과가 나올 수 있습니다.

  보다 정확한 결과를 원할 경우, 상완 측정형 제품과 함께 사용할 것을 권장합니다.

의료기기 구입시 확인하세요!

식품의약품안전처에서 의료기기로
허가 인증(또는 신고)된 제품인지 여부
및 제품에 부착된 '기재사항'을 확인합니다.
의료기기정보기술지원센터에서도 확인할 수 있습니다.

의료기기로 허가 인증(또는 신고)된 제품인지 확인하는 방법

▶ 의료기기 제품정보방 홈페이지에서 검색

1. 식약처 홈페이지에 접속합니다.



2. 홈페이지 우측 하단에 전자민원창구(의료기기)를 클릭합니다.



3. 정보마당의 제품정보방(업체/제품정보)에서 품목명, 모델명, 업소명 등으로 검색합니다.



식품의약품안전처
식품의약품안전평가원
우)28159 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원
심혈관기기과, 의료기기연구과

발행처
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 심혈관기기과
전화 : 043-719-3954 / 팩스 : 043-719-3950
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 의료기기연구과
전화 : 043-719-4905 / 팩스 : 043-719-4900

"공익신고자! 철저한 비밀보장과 보호를 약속합니다."

혈압계

올바르게 사용하는 방법을 알아볼까요?

바로 알고 사용하면 안전사고를 예방할 수 있습니다.

식품의약품안전처
식품의약품안전평가원

혈압의 판단기준

일반적으로 저혈압의 기준은 없지만 최고혈압이 100mmHg이하를 말합니다.



고혈압 전단계는 약물치료대상은 아니지만 고혈압 관리를 위한 적극적인 생활습관 개선이 필요합니다.

과거 고혈압기준은 140/90mmHg 미만었으면 정상이었으나 새로운 기준은 123/80mmHg 미만입니다.

출처 : 보건복지부 국민고혈압 사업단

혈압계의 대표적인 종류

✓ 아날로그형(아네로이드)

✓ 전자혈압계 ✓ 전자혈압계(손목형)

혈압계 비교

항목 / 종류	아날로그혈압계	전자혈압계
정확성	정확함	비교적 정확
측정방법	청진기가 필요하며 어려움	측정용이

혈압계의 올바른 사용방법

✓ 혈압을 재기 전 적어도 5분 이상 가만히 앉아 안정을 취하세요.

✓ 측정 전에 카페인이 든 커피는 1시간전, 담배는 15분전 피우지 말아야 합니다.

✓ 혈압을 올리는 성분이 든 감기약, 안약 등을 복용한 후에는 측정을 피해야 합니다.



✓ 혈압계의 커프는 심장높이와 같은 위치에 설치해야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

혈압계의 올바른 관리방법



6개월에 한번 씩 병원의 혈압계와 비교하여 정확성을 체크해야 합니다.

직사광선에 노출시키거나 뜨거운 장소에 보관하면 안됩니다.

혈압계의 튜브가 꺾인 상태로 보관하지 않아야 합니다.

튜브에서 공기가 새는지 정기적으로 확인해야 합니다.

혈압계 사용 전 지식

✓ 혈압이란?

인체에 혈액을 순환시키기 위해 심장의 박동에 따라 혈액이 혈관벽에 미치는 압력을 말합니다.

혈압은 수시로 변합니다. 환자의 심리상태, 음주, 흡연, 운동, 식사, 배뇨 등 환경 및 조건에 따라 달라집니다.

의사와 간호사 앞에서만 혈압이 높게 측정되는 '백의 고혈압'도 있습니다. 자신의 혈압은 매일 측정하여 변화를 보고 지속적으로 측정한 자료로 의사와 상담해야합니다.

인체 구조상, 양쪽 팔에서 측정한 값이 다를 수 있으므로 정확한 결과를 원할 경우, 양쪽 팔 모두 혈압 측정할 것을 권장합니다.