사용시 주의사항

1. 콧물 흡인 시 출혈이 있을 경우에는 사용을 중단합니다.
2. 흡인이 잘 되지 않은 경우에는 억지로 흡인하지 말고, 코 안이 말라 있는지 또는 수동식의료용흡인기의 문제인지를 확인해야 합니다.
3. 콧물 흡인을 자주 하는 경우에는 점막손상, 점막부종, 비강점막의 건조함이 발생할 수 있으니 주의합니다.

발생가능한 부작용

출혈

영/유아의 비강(콧속)은 성인에 비해 매우 얇고 연약하여 과도한 흡인 시 비강손상을 포함하여 심한 경우에는 출혈을 초래할 수 있습니다. 또한, 출혈은 가벼운 통증을 일으킬 수 있을 뿐만 아니라 흡인을 어렵게 할 수 있습니다.

부어오름(코안 점막)

흡인기를 자주 사용할 경우에 자극으로 인한 코 안 점막이 부어오를 수 있습니다. 따라서 사용설명서에 명시된 1회 사용 권장시간 및 하루 사용 권장횟수를 준수합니다.

교차오염

만일 한 가정에 아이가 두 명 이상인 경우, 흡인기 사용 시 더욱 더 주의를 기울여야 합니다. 한 아이에게 사용 후 반드시 올바르게 세척하여 건조한 후 다른 아이에게 사용하도록 합니다. 이렇게 함으로써 세균의 확산을 막아 잠재적인 교차오염을 예방하는데 도움이 됩니다.

의료기기 구입시 확인 하세요!

식품의약품안전처에서 의료기기로 허가 인증(또는 신고)된 제품인지 여부 및 제품에 부착된 '기재사항'을 확인합니다.

의료기기정보기술지원센터에서도 확인할 수 있습니다.

의료기기로 허가 인증(또는 신고)된 제품인지 확인하는 방법

▶ 의료기기 제품정보방 홈페이지에서 검색

1. 식약처 홈페이지에 접속합니다.



2. 홈페이지 우측 하단에 전자민원창구(의료기기)를 클릭합니다.



3. 정보마당의 제품정보방(업체/제품정보)에서 품목명, 모델명, 업소명 등으로 검색합니다.

식품의약품안전처
식품의약품안전평가원

우)28159 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원
정형재활기기과, 의료기기연구과

발행처
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 정형재활기기과
전화 : 043-719-4004 / 팩스 : 043-719-4000
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 의료기기연구과
전화 : 043-719-4905 / 팩스 : 043-719-4900

감 수
대한소아과학회 The Korean Pediatric Society
KMA 대한의사협회 Korean Medical Association

"공익신고자! 철저한 비밀보장과 보호를 약속합니다."

수동식의료용흡인기
(수동식콧물흡인기)

올바르게 사용하는 방법을 알아볼까요?

식품의약품안전처
식품의약품안전평가원

의료용흡인기 종류

수동식의료용흡인기
(수동식콧물흡인기)

*제조사에 따라 제품의 형태와 구조가 다를 수 있습니다.

보호자가 콧물 흡인기의 흡입구를 아이의 콧속에 넣은 후 마우스홀더를 입에 물고 빨아들이거나, 흡인 펌프를 이용하여 발생하는 흡인력(압력)으로 콧물을 제거하는 흡인기입니다.

전동식의료용흡인기
(전동식콧물흡인기)

기기 본체 내부에 장착된 흡인 펌프에서 발생하는 진공흡인력(압력)을 이용하여 콧물을 제거하는 흡인기입니다.

사용목적 및 효과

의료기관 및 가정에서 손쉽게 흡인기를 사용함으로써 아이의 콧물을 제거할 수 있습니다.

흔히, 자발적으로 코를 푸는 데 어려움이 있는 영/유아 또는 장애가 있는 성인 환자들이 사용합니다.

특히, 감기나 부비동염*과 같은 상기도 감염이나 심각한 알레르기성 비염 시 이차적으로 증가하는 코안의 콧물로 인한 코막힘과 관련하여 다음과 같이 증상을 개선할 수 있습니다.

1. 코막힘 증상 자체의 호전
2. 심한 코막힘으로 인한 구강 호흡 증가를 감소시켜 비강을 통한 편안하고 안정된 정상 호흡으로의 유도
3. 영/유아에서 비강이 아닌 구강 호흡으로 인한 식이섭취(수유 포함) 장애 개선 도움
4. 코막힘으로 인한 수면장애 개선에 도움

*부비동염이란 :
부비동 내부를 덮고 있는 점막에 염증이 생기는 것으로 대부분 비염을 동반하여 나타나므로 이렇게 칭합니다.

사용방법

1. 수동식의료용흡인기 중 코와 직접적으로 닿는 부분을 코에 대고 소아의 입을 살짝 벌린 후 사용자가 흡인부를 입에 물거나, 수동식 흡인 펌프 등을 이용하여 흡인을 시작합니다:
2. 코 안이 마를 경우에는 생리식염수를2~3방울 떨어뜨린 후 1~2분 후에 다시 흡인합니다.
3. 사용 후에는 구성품을 분해하여 미지근한 물로 비누 또는 세제 등을 이용하여 부드러운 솔로 호스 부분까지 깨끗이 씻고 사용 재질에 따라 소독 방법이 다를 수 있으므로 사용 설명서를 반드시 확인하여 적절한 방법으로 소독 합니다.

세척, 보관 및 관리방법

1. 사용 후에는 반드시 세척하여야 하며, 사용설명서에 따라 분해하여 흡인기 내부의 이물질을 완벽히 제거합니다.
2. 세척 후에는 건조기킨 후 조립하고, 영/유아의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 보관합니다.
3. 제품 사용 시에는 본체 및 구성품의 이상 유무를 확인 후 사용하고, 고장 시에는 제품의 구입처 등에 문의하여 수리를 받습니다.