

# HyperSpectral Imaging System

## 軟體操作使用說明書

# 目錄

<b>1</b>	<b>啟動軟體</b>	<b>3</b>
----------	-------------	----------

## 1 啟動軟體

本軟體尚未編譯為可執行檔，請開啟並執行 HIS.lvproj 中的 main.vi，即可啟動軟體。軟體啟動時，會自動偵測是否能成功連接 iXon 相機，若連接失敗，系統判定並未連接 iXon，則軟體會出現訊息視窗，並自動進入讀取模式。

一旦軟體啟動，並成功連接 iXon，系統即會自動開啟 iXon 的 TE Cooler，此時使用者即可自行輸入欲達到的溫度，待系統完成降溫且溫度穩定後，Cooler 燈號才會轉為綠色。