



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 000064/2025

Página 01 / 01

Nome do Contratante		Endereço	
ID VIDA IOT LTDA		AVENIDA PAULISTA, 1471 - SÃO PAULO CEP:01.311-927	
Equipamento		Código de Identificação	Número de Série
Sensor de Temperatura		51B4	---
Fabricante	Modelo	Nº Ativo Patrimonial	Responsável
ID Sensor - Liohm	0062	---	-----
Departamento		Localização	Sub-localização
UTI		---	---
Procedimento de Calibração			
PCIS0019 Rev:08-Medidor de Temperatura com Sensor			

Padrões de Referência Utilizados	Identificação	Certificado	Validade	Rastreabilidade
Jogo de Data Logger	TIEI0379	000093/2025	05/2026	Fusion ICT

Condições Ambientais

Temperatura: 26,0 ± 1°C Umidade: 56,0 ± 10%uR

Observações

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Escala	Resolução	Faixa de Medição	Grandeza	Unidade de Medida
-20 a 40	0,1	20 a 35 °C	Temperatura	°C
VC	VM	Erro	Incerteza Expandida (±)	
19,9	20,0	0,1	0,19	
34,9	35,0	0,1	0,19	

Desvio admissível para o equipamento: + 2/ -2 °C

Data da Calibração: 21/07/2025

Medição: Temperatura

Validade: 07/2026

Conclusão: Conforme

Aprovado eletronicamente por: Celso Cabral de Melo Neto
Responsável Técnico - CFT 2614999253
HASH:202.500.0006.1100.404.155000-0535 Data:31/07/2025

Notas:

1. VC = Valor Convencional
2. VM = Valor Medido
3. Os resultados acima apresentados referem-se a média três leituras.
4. A incerteza expandida é baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator de abrangência k=2, que para uma distribuição normal correspondente a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
5. A incerteza expandida foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
6. Os resultados deste certificado de calibração referem-se exclusivamente ao equipamento submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer outros lotes.
7. A reprodução deste Certificado de Calibração deverá ser completa. A reprodução por partes requer aprovação formal da IS METROLOGIA.