

Interféromètre ZYGO

Contrôles interférométriques / Aberrations

Etapes / TP 1A et 2A

Alignement

Paramétrage caméra

Acquisition des images

Ajout de masques

Traitement de la phase

Algorithme de Hariharan / Correction (tilt)

Analyse de la surface

Autocollimation (miroir plan)

ALIGN

Temps d'exposition

VIEW

5 images / Décalage Piezo $\lambda/4$

VIEW

Création d'un masque circulaire

Calcul phase enroulée / Calcul phase déroulée

Affichage phase déroulée / Correction tilt

Interface / Mode

Acquisition

Camera

Zoom

Acquisition

Camera

Exposition

Acquisition

Simple Acquisition

Lancer

Masques

Masque Circulaire

3 points

Analyse Simple

Phase non déroulée

étape optionnelle à but pédagogique

Analyse Simple

Correction Tilt

Affichage 3D

TP 2A

Analyse des aberrations

Calcul Coefficients Zernike

Affichage front corrigé

Calcul de la PSF

Calcul de la FTM

Aberrations

Coefficients Zernike

Correction Phase

Traitements