



PT RENA KALIBRINDO SELARAS

Jl. Pangeran Antasari No 45, RT.07 RW.07, Cipete Selatan,
Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan - 12150

Email : admin@rena.co.id

SERTIFIKAT KALIBRASI

Nomor Sertifikat : RKS/26/3125

Nomor Pesanan : 07260074

IDENTITAS ALAT

Nama Alat :

AUTOCLAVE

Merek :

LOKAL

Tipe :

YA28X6T/8

Nomor Seri :

A250705-510

IDENTITAS PEMILIK

Nama Pemilik :

Klinik Pratama Ocean Dental Radio Dalam

Alamat Pemilik :

Jl. Radio Dalam Raya No.26, RT.16/RW.2, Gandaria
Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12140

Tanggal Penerimaan : 02 JULI 2026

Tanggal Kalibrasi : 02 JULI 2026

Hasil Kalibrasi : LAIK PAKAI

Berlaku Sampai : 02 JULI 2027

Jakarta, 03 Juli 2026

Penanggung Jawab

Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang
diterbitkan oleh Mekari



Direktur

Halaman 1 dari 3

1 IDENTITAS ALAT

Merk	LOKAL	Resolusi	0.1 °C
Tipe	YA28X6T/8	Rentang Ukur	0.1 s/d 134 °C
Nomor Seri	A250705-510		

2 PELAKSANAAN KALIBRASI

Nama Pelayanan	Instalasi sterilisasi pusat
Ruangan Kalibrasi	STERILISASI
Pelaksana Teknis	MARSHEL ASYRAF DALTAFIKA

3 KONDISI LINGKUNGAN

Suhu	(24.6 ± 0.63) °C
Kelembapan	(56 ± 2.9) % RH
Tegangan Utama	P - N : 222 Vac

4 DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No.	Nama Alat	Merk	Tipe	No. Seri	Ketertelusuran
1	Electrical Safety Analyzer	RIGEL	288 PLUS	17Q-1323	LK-032-IDN
2	Thermohygrometer	-	HTC-1	RKS-THG-010	LK-385-IDN
3	High Temperature Data Logg	MADGETECH	HiTemp140	T53884	AC-2481

5 PEMERIKSAAN KONDISI FISIK DAN FUNGSI (CEK KUALITATIF)

No.	Parameter	Hasil
1	Badan dan permukaan	Baik
2	Kotak Kontak Alat	Baik
3	Kabel Catu Utama	Baik
4	Sekering pengaman	Baik
5	Tombol, saklar dan control	Baik
6	Tampilan dan indikator	Baik

6 PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

No.	Parameter	Terukur	Ambang Batas
1	Resistansi pembumian Kabel dapat dilepas (DPS)	0.085 Ω	≤ 0.3 Ω
2	Arus bocor peralatan metode Langsung kelas I tipe B	30.5 μA	≤ 500 μA
3	Resistansi Isolasi	94 MΩ	> 2 MΩ

7 HASIL KALIBRASI

1. Akurasi Temperature

Setting Alat (°C)	Penunjukan Standar (°C)	Koreksi (°C)	Ambang Batas
134	135.67	1.7	± 2 °C
Ketidakpastian Pengukuran : ± 0.07 °C			



PT RENA KALIBRINDO SELARAS

Jl. Pangeran Antasari No 45, RT.07 RW.07, Cipete Selatan,

Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan - 12150

Email : admin@rena.co.id

2. Akurasi Waktu

Setting Alat (Menit)	Penunjukan Standar (Menit)	Koreksi (Menit)	Ambang Batas
3	3.0	0.0	≥ 3 menit
Ketidakpastian Pengukuran : ± 0.00 °C			

8 KESIMPULAN

DINYATAKAN TIDAK LAIK PAKAI

9 KETERANGAN

- Kalibrasi menggunakan Instruksi Kerja (RKS/MT/IK.01-010) yang mengacu ke Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/D/43649/2024, Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
- Nilai Ketidakpastian pengukuran mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan factor cakupan $k = 2$
- Hasil pengujian dan kalibrasi hanya terkait dengan nomor seri di atas
- Nilai sebenarnya adalah nilai penunjukan alat ditambah dengan nilai koreksi

====Akhir Sertifikat=====



RENA