

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๗๖๐-๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

วิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑. ขอบข่าย

เอกสารฉบับนี้กำหนดบทนิยาม คุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบ ขั้นตอนการแต่งตั้งเงื่อนไข ที่ต้องปฏิบัติ การเฝ้าระวังการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบ การแจ้งเตือน การพักใช้ การลดขอบข่าย และการยกเลิกการแต่งตั้ง การรักษาความลับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒. บทนิยาม

- ๒.๑ ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง หน่วยงานที่ดำเนินงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปนี้จะเรียกว่า "หน่วยตรวจสอบ"
- ๒.๒ มอก. หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๒.๓ มอก. 17025 หมายถึง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐาน ISO/IEC 17025
- ๒.๔ ห้องปฏิบัติการ หมายถึง หน่วยงานที่รับดำเนินงานวิเคราะห์ ทดสอบ หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๒.๕ สำนักงาน หมายถึง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๒.๖ คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ๒.๗ ผู้ประกอบการ หมายถึง เจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาเพื่อส่งหน่วยตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบ
- ๒.๘ ผู้ยื่นคำขอ หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่ประสงค์จะขอรับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. คุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- ๓.๑ เป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 จากสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานให้การยอมรับในขอบข่าย มอก. ที่เกี่ยวข้อง
- ๓.๒ เป็นสถาบันการศึกษาภายใต้การกำกับของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้อง แต่มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง มาตรฐานการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

๓.๓ เป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสถาบันอิสระ ภายใต้การกำกับดูแลของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ยังมิได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 ในขอบข่าย มอก. ที่เกี่ยวข้อง แต่มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามภาคผนวก ก. ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้

๔. ขั้นตอนการแต่งตั้ง

๔.๑ เมื่อมีผู้ยื่นคำขอรับการแต่งตั้งเป็นหน่วยตรวจสอบ สำนักงานจะดำเนินการ ดังนี้

๔.๑.๑ กรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑ สำนักงานจะทวนสอบขอบข่ายที่ได้รับการรับรองตามขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)

๔.๑.๒ กรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๒ สำนักงานจะทวนสอบขอบข่ายที่ได้รับการยอมรับว่ามีการดำเนินงานที่เป็นไปตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง มาตรฐานการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

๔.๑.๓ กรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๓ สำนักงานจะตรวจประเมินการดำเนินงาน ตามภาคผนวก ก.

๔.๒ สำนักงานจะเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อผลการพิจารณาครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้

๔.๓ สำนักงานจะจัดทำประกาศแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๕. เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ

๕.๑ หน่วยตรวจสอบต้องปฏิบัติ ดังนี้

๕.๑.๑ รักษาสถานภาพการได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 หรือ ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง มาตรฐานการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ ตามภาคผนวก ก.

๕.๑.๒ ส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ให้ตามที่สำนักงานร้องขอ

๕.๑.๓ แจ้งให้สำนักงานทราบเมื่อได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับผลการทดสอบ พร้อมส่งหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่สำนักงาน

๕.๑.๔ แจ้งผลการจัดการกับข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.๑.๕ จัดให้มีการประสานงานกับสำนักงานอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่การทดสอบยังดำเนินการอยู่ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

๕.๑.๖ ให้รายการผลทดสอบที่แสดงถึงรายการทดสอบที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยตรวจสอบตามมาตรา ๕ เท่านั้น หรือชี้แจงหรือมีข้อความอธิบายถึงผลการทดสอบที่อยู่นอกเหนือการแต่งตั้ง

๕.๑.๗ ห้ามมิให้ทำรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่ง ส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดในรายงานดังกล่าวอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่ารายงานดังกล่าวนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา ๔๘ ตี แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ตามกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

๕.๒ สำนักงานจะพิจารณายกเลิกคำขอ ในกรณี

๕.๒.๑ ผู้ยื่น คำขอไม่ ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งเป็นหน่วยตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๕.๒.๒ ผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากที่ได้รับแจ้ง
จากสำนักงาน

๖. การเฝ้าระวังการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบ

๖.๑ สำนักงานจะเฝ้าระวังการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
เป็นไปตามภาคผนวก ก. ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามประกาศกรม
วิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง มาตรฐานการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นระยะ ๆ ตามที่สำนักงานกำหนด

ทั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาเลือกหน่วยตรวจสอบเพื่อนำส่งตัวอย่างจากขอบข่าย
มอก. ของหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งตาม มอก. 17025 เป็นลำดับแรก

๖.๒ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งผลการทดสอบหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบ สำนักงานจะเฝ้าระวังการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบตามที่
เห็นสมควร

๖.๓ สำนักงานจะทบทวนการแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อมีการยกเลิก มอก. หรือ
มีการแก้ไข มอก. ที่มีผลกระทบต่อการทดสอบในขอบข่าย มอก. ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

๗. การแจ้งเตือน การพักใช้ การลดขอบข่าย และการยกเลิกการแต่งตั้ง

๗.๑ การแจ้งเตือน

๗.๑.๑ เมื่อสำนักงานตรวจพบว่าหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อการเป็นหน่วยตรวจสอบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงาน
หรือผู้ประกอบการ สำนักงานจะแจ้งเตือนเพื่อให้หน่วยตรวจสอบที่ได้รับ
แต่งตั้งดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการแก้ไขต่อสำนักงานภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

๗.๑.๒ หากหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือเตือน สำนักงานจะเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาลดขอบข่ายการแต่งตั้ง พักใช้ขอบข่ายการแต่งตั้งนั้น หรือยกเลิกการ
แต่งตั้ง

๗.๒ การพักใช้

๗.๒.๑ เมื่อพบว่าหน่วยตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตาม
ข้อ ๗.๑.๑ สำนักงานจะเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพักใช้ขอบข่าย มอก.
ที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ครั้งละไม่เกินสามเดือน

๗.๒.๒ สำนักงานจะแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งทราบการพักใช้และการคืนสถานะในขอบข่าย มอก. ที่ถูกพักใช้เมื่อหน่วยตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

๗.๒.๓ สำนักงานจะประกาศให้สาธารณชนทราบรายชื่อหน่วยตรวจสอบที่ถูกสั่งพักใช้ขอบข่าย มอก. นับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา

๗.๓ การลดขอบข่าย

๗.๓.๑ สำนักงานจะเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลดขอบข่ายของหน่วยตรวจสอบเมื่อพบว่าหน่วยตรวจสอบไม่สามารถรักษาขีดความสามารถในการดำเนินงานตามขอบข่ายนั้น ๆ ได้ หรือหน่วยตรวจสอบแจ้งความประสงค์ขอลดขอบข่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

๗.๓.๒ สำนักงานจะประกาศให้สาธารณชนทราบรายชื่อหน่วยตรวจสอบที่ถูกสั่งลดพร้อมขอบข่าย มอก. นับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา

๗.๔ การยกเลิกการแต่งตั้ง

๗.๔.๑ สำนักงานจะเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกการแต่งตั้งเป็นหน่วยตรวจสอบ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(๑) หน่วยตรวจสอบแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเป็นหน่วยตรวจสอบอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน

(๒) หน่วยตรวจสอบเลิกประกอบกิจการ

(๓) หน่วยตรวจสอบเป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) หน่วยตรวจสอบไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนดหลังจากการแจ้งเตือนพักใช้

(๕) หน่วยตรวจสอบที่ไม่สามารถรักษาสถานภาพการได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 หรือ ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง มาตรฐานการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

(๖) สำนักงานขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยเป็นไปตามภาคผนวก ก. ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ หากมี หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งตามคุณสมบัติข้อ ๓.๑ เพียงพอ ทั้งนี้สำนักงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

๗.๔.๒ สำนักงานจะจัดทำประกาศยกเลิกการแต่งตั้งหน่วยตรวจสอบและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๘. การรักษาความลับ

๘.๑ หน่วยตรวจสอบต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูลและผลทดสอบ

๘.๒ หน่วยตรวจสอบต้องแจ้งผลทดสอบต่อสำนักงานเท่านั้น

๙. อื่น ๆ

- ๙.๑ ในกรณีที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ สำนักงานจะแจ้งให้หน่วยตรวจสอบทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ๙.๒ กรณีมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฉบับนี้ สำนักงาน จะพิจารณาหาข้อยุติเป็นกรณีไป

ภาคผนวก ก.

ข้อกำหนดสำหรับการยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025 ในขอบข่าย มอก. ที่เกี่ยวข้อง

ก.๑ โครงสร้างและองค์กร

- ก.๑.๑ ผู้บริหารสูงสุดต้องแสดงความมุ่งมั่นและสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
- ก.๑.๒ ห้องปฏิบัติการต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล หรือส่วนหนึ่งของนิติบุคคลที่รับผิดชอบและครอบคลุมกิจกรรมการทดสอบของห้องปฏิบัติการ
- ก.๑.๓ ห้องปฏิบัติการต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีการแยกกิจกรรมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งอาจแสดงในรูปของโครงสร้างองค์กรที่แสดงถึงความเป็นกลางในการบริหาร
- ก.๑.๔ ห้องปฏิบัติการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องปกป้องและรักษาข้อมูลทั้งหมดที่เป็นความลับ ของสำนักงานและผู้ประกอบการในระหว่างดำเนินกิจกรรมการทดสอบ ยกเว้นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
- ก.๑.๕ ห้องปฏิบัติการต้องมีบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานทดสอบ

หมายเหตุ

กรณีห้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ดำเนินกิจการอื่นนอกเหนือจากการทดสอบ ควรกำหนดความรับผิดชอบของบุคลากรสำคัญ (key personnel) ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทดสอบของห้องปฏิบัติการให้ชัดเจน

ก.๒ บุคลากร

ผู้บริหารห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจในความสามารถของบุคลากรที่ใช้เครื่องมือทดสอบสำหรับที่ดำเนินการทดสอบ ประเมินผล และลงนามในรายงานผลการทดสอบ บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานเฉพาะทางต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ และ/หรือความชำนาญที่แสดงให้เห็นว่ามีความเหมาะสมตามขอบข่าย มอก. ที่จะทดสอบ

หมายเหตุ

- (๑) ในกรณีที่ใช้บุคลากรที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนงาน หรือใช้บุคลากรภายใต้สัญญาจ้างเป็นการเฉพาะคราว ทั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่ทดสอบและบุคลากรช่วยงานที่สำคัญ ห้องปฏิบัติการควรมั่นใจว่าบุคลากรดังกล่าว ได้รับการควบคุมงาน และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่ห้องปฏิบัติการวางไว้
- (๒) ห้องปฏิบัติการควรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทำหน้าที่ทดสอบ ผู้ออกรายงานผลการทดสอบ และผู้ใช้งานเครื่องมือเฉพาะ และมีการมอบหมายงานอย่างเหมาะสม

- (๓) ผู้บริหารห้องปฏิบัติการควรกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการฝึกอบรม และความชำนาญของบุคลากรของห้องปฏิบัติการ

ก.๓ สถานที่และภาวะแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าแสงสว่าง และภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

- (๑) ห้องปฏิบัติการควรมีการเผาระวัง ควบคุม และบันทึกภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์กำหนด วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และหากภาวะแวดล้อมทำให้ผลทดสอบเสียหาย ก็จะต้องหยุดการทดสอบ
- (๒) หากมีกิจกรรมที่เข้ากันไม่ได้ ควรมีการแบ่งพื้นที่ข้างเคียงออกจากกันอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ และควรมีมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนหรือรบกวนซึ่งกันและกัน
- (๓) ห้องปฏิบัติการควรมีการควบคุมการเข้าออกและการใช้พื้นที่ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของการทดสอบ
- (๔) ห้องปฏิบัติการควรจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี

ก.๔ เครื่องมือและการสอบเทียบ

ห้องปฏิบัติการต้องจัดให้มีเครื่องมือที่สามารถทดสอบตามรายการที่ มอก. กำหนดรวมถึงการเตรียมตัวอย่าง การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่อยู่นอกเหนือการควบคุมต้องมั่นใจว่าเครื่องมือนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้

หมายเหตุ

- (๑) เครื่องมือทดสอบควรมีค่าความแม่นยำ ตามที่ต้องการและสอดคล้องกับข้อกำหนดใน มอก. ที่เกี่ยวข้อง และควรได้รับการสอบเทียบให้ครอบคลุมช่วงการใช้งานของเครื่องมือก่อนนำไปใช้งาน
- (๒) ควรมีการใช้เครื่องมือโดยบุคลากรที่เหมาะสมและได้รับการมอบหมายจากห้องปฏิบัติการ
- (๓) ควรมีการเก็บรักษานบันทึกเกี่ยวกับเครื่องมือทดสอบแต่ละเครื่อง อย่างน้อยดังนี้
 - (ก) การซัพพลายของเครื่องมือและซอฟต์แวร์ของเครื่องมือ
 - (ข) ชื่อผู้ผลิต ชนิดของเครื่องมือ และหมายเลขเครื่องมือหรือการซัพพลายอื่น ๆ
 - (ค) บันทึกการตรวจสอบว่าเครื่องมือเป็นไปตามข้อกำหนด
 - (ง) สถานที่ตั้งปัจจุบัน (ตามความเหมาะสม)
 - (จ) คำแนะนำของผู้ผลิต (ถ้ามี) หรืออ้างอิงถึงที่เก็บเอกสารดังกล่าว
 - (ฉ) วันเดือนปีของผลการสอบเทียบ และวันเดือนปีที่ครบกำหนดการสอบเทียบครั้งถัดไป
 - สำเนารายงานผลและใบรับรองการสอบเทียบทั้งหมด การปรับแต่ง และเกณฑ์การยอมรับ
 - (ช) แผนการบำรุงรักษาตามความเหมาะสมและการบำรุงรักษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
 - (ซ) ความชำรุดเสียหาย ความบกพร่อง การดัดแปลงหรือการซ่อมแซมใด ๆ ที่กระทำต่อเครื่องมือ

- (๔) ควรมีการจัดการที่ปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือทำงานได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และสามารถป้องกันการปนเปื้อนหรือการเสื่อมสภาพ
- (๕) หากพบว่ามีการใช้งานเครื่องมือเกินกำลัง หรือใช้งานผิดวิธี ซึ่งให้ผลที่น่าสงสัย เครื่องมือนั้นควรมีการแยกออกต่างหากเพื่อป้องกันการนำไปใช้งาน หรือควรมีป้ายหรือทำเครื่องหมายให้เห็นชัดเจนว่าห้ามใช้งานจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม
- (๖) ถ้าทำได้ ควรกำหนดวิธีการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน (intermediate check) เพื่อให้อยู่ในสถานการณ์สอบเทียบของเครื่องมือ

ก.๕ การทบทวนข้อตกลง

- ก.๕.๑ ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำข้อตกลงก่อนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการระบุรายการทดสอบตาม มอก. หรือวิธีการต่างๆ ที่อ้างถึงอย่างเพียงพอ หากมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดที่ห้องปฏิบัติการไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องหารือและทำความเข้าใจกับสำนักงานก่อนดำเนินการใด ๆ
- ก.๕.๒ หากห้องปฏิบัติการมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงหลังจากเริ่มงานไปแล้ว ต้องแจ้งให้สำนักงานพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับความยินยอมจากสำนักงานก่อนดำเนินการใด ๆ
- ก.๕.๓ ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำบันทึกการทบทวนข้อตกลง รวมถึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้รับความยินยอมจากสำนักงาน และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

ก.๖ วิธีทดสอบ

ก.๖.๑ ทั่วไป

ห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีทดสอบตามที่กำหนดไว้ใน มอก. ที่ขอรับการแต่งตั้ง ต้องดูแลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และต้องจัดทำไว้พร้อมใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ทำการทดสอบ โดยต้องดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนและวิธีที่กำหนดใน มอก. นั้น ๆ ในกรณีที่มีการดัดแปลงวิธีทดสอบ ต้องทำการตกลงกับสำนักงานก่อน

ก.๖.๒ การประกันคุณภาพผลการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการต้องมีการควบคุมคุณภาพของเพื่อเฝ้าระวังความใช้ได้ผลการทดสอบที่ดำเนินการ ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) การใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง
- (๒) การเข้าร่วมการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการหรือโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ
- (๓) การทดสอบซ้ำโดยวิธีการเดิมหรือต่างวิธี
- (๔) การทดสอบซ้ำโดยตัวอย่างที่เก็บเอาไว้

หมายเหตุ

ห้องปฏิบัติการควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการควบคุมคุณภาพ เมื่อพบว่าอยู่นอกเกณฑ์ควบคุมที่กำหนดไว้

ก.๗ การควบคุมข้อมูล และควบคุมบันทึก

- (ก) การคำนวณและการถ่ายโอนข้อมูลต้องมีการตรวจสอบอย่างเหมาะสม ในลักษณะที่เป็นระบบ
- (ข) บันทึกต่าง ๆ ทั้งหมดต้องชัดเจน อ่านง่าย และต้องจัดเก็บในลักษณะที่ค้นหาได้ง่าย เก็บรักษาในสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อที่จะป้องกันการสูญหาย เสียหายหรือการเสื่อมสภาพ และต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ ไว้ด้วย
- (ค) บันทึกต่าง ๆ ทั้งหมดต้องได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ

ก.๘ การจัดการข้อร้องเรียน

ห้องปฏิบัติการต้องมีการจัดการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับโดยต้องสืบสวนหาสาเหตุของข้อร้องเรียน กำหนดวิธีการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อกำจัดสาเหตุของข้อร้องเรียน และแจ้งผลการจัดการกับข้อร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียนเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

ห้องปฏิบัติการควรเก็บรักษาบันทึกการจัดการกับข้อร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน

ก.๙ การจัดการตัวอย่างทดสอบ

ก.๙.๑ ห้องปฏิบัติการต้องมีการขึ้นบ่งตัวอย่างทดสอบ การขึ้นบ่งต้องคงอยู่ตลอดอายุของตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ

ก.๙.๒ ในการรับตัวอย่างทดสอบ ต้องบันทึกความผิดปกติใด ๆ ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้สอบถามสำนักงาน เพื่อรับข้อแนะนำเพิ่มเติมก่อนดำเนินการทดสอบต่อไป

ก.๑๐ การรายงานผล

ก.๑๐.๑ การรายงานผลให้ใช้แบบรายงานผลการทดสอบของสำนักงาน หรือแบบรายงานผลอื่น ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- (ก) ชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลขมาตรฐานพร้อมปี พ.ศ. ของ มอก. เช่น รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟรักโทสซีรัป มาตรฐานเลขที่ มอก. 1170-2536
- (ข) หมายเลขตัวอย่างตามที่ระบุไว้ในใบรับ-นำส่งตัวอย่างของสำนักงาน
- (ค) ชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการ และสถานที่ทดสอบ ในกรณีที่มีใช้สถานที่เดียวกัน
- (ง) การขึ้นบ่งเฉพาะของรายงานผลการทดสอบ (เช่น หมายเลขลำดับที่) และมีการขึ้นบ่งเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานผลการทดสอบหน้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการทดสอบ และมีการขึ้นบ่งอย่างชัดเจนถึงการสิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ
- (จ) รายละเอียด ลักษณะ สภาพ และการขึ้นบ่งตัวอย่างที่ทดสอบอย่างชัดเจน
- (ฉ) วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง โดยเฉพาะกรณีที่วันเดือนปีที่ทดสอบมีผลต่อความใช้ได้และการนำผลการทดสอบไปใช้
- (ช) ผลการทดสอบพร้อมกับหน่วยของการวัดตามที่ระบุไว้ใน มอก.
- (ซ) ชื่อตำแหน่งและลายมือชื่อผู้ทดสอบ ผู้รับรอง หรือการขึ้นบ่งอื่นที่เทียบเท่าของบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกรายงานผลการทดสอบ
- (ณ) ข้อความที่ระบุว่ารายงานนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ก.๑๐.๒ การแก้ไขข้อความในรายงานผลการทดสอบที่ออกไปแล้ว ต้องทำโดยการออกเอกสารเพิ่มเติมเท่านั้น หรือโดยการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งต้องมีข้อความ “รายงานเพิ่มเติมของรายงานผลการทดสอบ หมายเลขลำดับที่.... (หรือข้อความที่ระบุเป็นอย่างอื่น)” หรือข้อความอื่นที่เทียบเท่าด้วย การแก้ไขดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในภาคผนวก ก. นี้

ก.๑๐.๓ ในกรณีที่จำเป็นต้องออกรายงานผลการทดสอบฉบับสมบูรณ์ใหม่ต้องชี้แจงเฉพาะและต้องอ้างอิงถึงเอกสารต้นฉบับเดิมที่ออกแทนด้วย
