PHILIPS

RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0030.0280 Pos Flow Verify: dP2 at 48,0 (Setpoint 50) [10m	SLPM	42,6 to 53,4	49,4	✓	
37	0030.0290 Pos Flow Verify: dP2 at 37,0 (Setpoint 40) [10m	SLPM	32,0 to 42,0	38,6	✓	
38	0030.0300 Pos Flow Verify: dP2 at 27,8 (Setpoint 30) [10m	SLPM	23,2 to 32,4	29,3	✓	
39	0030.0310 Pos Flow Verify: dP2 at 20,0 (Setpoint 20) [10m	SLPM	15,0 to 25,0	22,3	✓	
40	0030.0320 Pos Flow Verify: dP2 at 10,0 (Setpoint 10) [10m	SLPM	5,5 to 14,5	14,7		✗
41	0030.0330 Pos Flow Verify: dP2 at 5,0 (Setpoint 5) [10m 1	SLPM	1,2 to 8,8	10,3		✗
42	0030.0510 Zero Flow Verify: dP2 at 0,0 (Setpoint 0) [10m	SLPM	-2,0 to 2,0	5,5		✗
43	0030.0550 Neg Flow Verify: dP2 at -139,5 (Setpoint 140) [	SLPM	-148,6 to -130,4	-140,8	✓	
44	0030.0560 Neg Flow Verify: dP2 at -127,8 (Setpoint 130) [	SLPM	-136,4 to -119,2	-129,1	✓	
45	0030.0570 Neg Flow Verify: dP2 at -118,2 (Setpoint 120) [	SLPM	-126,4 to -109,9	-118,1	✓	
46	0030.0580 Neg Flow Verify: dP2 at -108,2 (Setpoint 110) [	SLPM	-116,0 to -100,3	-108,3	✓	
47	0030.0590 Neg Flow Verify: dP2 at -98,8 (Setpoint 100) [1	SLPM	-106,3 to -91,4	-97,9	✓	
48	0030.0600 Neg Flow Verify: dP2 at -88,2 (Setpoint 90) [14	SLPM	-95,2 to -81,1	-87,2	✓	
49	0030.0610 Neg Flow Verify: dP2 at -78,0 (Setpoint 80) [14	SLPM	-84,6 to -71,4	-78,6	✓	
50	0030.0620 Neg Flow Verify: dP2 at -67,3 (Setpoint 70) [14	SLPM	-73,5 to -61,1	-69,1	✓	
51	0030.0630 Neg Flow Verify: dP2 at -57,2 (Setpoint 60) [14	SLPM	-63,0 to -51,4	-58,7	✓	
52	0030.0640 Neg Flow Verify: dP2 at -48,0 (Setpoint 50) [14	SLPM	-53,4 to -42,6	-48,2	✓	
53	0030.0650 Neg Flow Verify: dP2 at -38,0 (Setpoint 40) [14	SLPM	-43,0 to -33,0	-37,3	✓	
54	0030.0660 Neg Flow Verify: dP2 at -28,0 (Setpoint 30) [14	SLPM	-32,6 to -23,4	-26,1	✓	
55	0030.0670 Neg Flow Verify: dP2 at -19,8 (Setpoint 20) [14	SLPM	-24,8 to -14,8	-16,6	✓	
56	0030.0680 Neg Flow Verify: dP2 at -10,0 (Setpoint 10) [14	SLPM	-14,5 to -5,5	-5,4		✗
57	0030.0690 Neg Flow Verify: dP2 at -5,0 (Setpoint 5) [14m	SLPM	-8,8 to -1,2	0,7		✗
58	0030.0700 Neg Flow Verify: dP2 at -0,0 (Setpoint 0) [14m	SLPM	-2,0 to 2,0	5,5		✗
59	0030.0950 Contr.Press.Ver.(8265): P1 at 0,00 (SP 0, 1, 2)	cmH2O	-1,00 to 1,00	1,28		✗
60	0030.0960 Monit.Press.Ver.(3773): P2 at 0,00 (SP 0, 1, 2)	cmH2O	-1,00 to 1,00	0,13	✓	
61	0030.0160 Pprox Press. Ver.(8496): P2 at 0,00 (SP 0, 1, 2	cmH2O	-1,00 to 1,00	0,00	✓	
62	0030.0970 Contr.Press.Ver.(9897): P1 at 2,64 (SP 4, 1, 2)	cmH2O	1,64 to 3,64	3,99		✗
63	0030.0980 Monit.Press.Ver.(5621): P2 at 2,64 (SP 4, 1, 2)	cmH2O	1,64 to 3,64	2,77	✓	
64	0030.0161 Pprox Press. Ver.(8506): P2 at 2,64 (SP 4, 1, 2	cmH2O	1,64 to 3,64	0,00		✗
65	0030.0990 Contr.Press.Ver.(18316): P1 at 16,61 (SP 18, 1,	cmH2O	15,61 to 17,61	18,00		✗
66	0030.1000 Monit.Press.Ver.(15282): P2 at 16,61 (SP 18, 1,	cmH2O	15,61 to 17,61	16,57	✓	
67	0030.0162 Pprox Press. Ver.(8501): P2 at 16,61 (SP 18, 1,	cmH2O	15,61 to 17,61	0,00		✗
68	0030.1010 Contr.Press.Ver.(26739): P1 at 30,56 (SP 32, 1,	cmH2O	29,56 to 31,56	31,99		✗
69	0030.1020 Monit.Press.Ver.(24950): P2 at 30,56 (SP 32, 1,	cmH2O	29,56 to 31,56	30,36	✓	
70	0030.0163 Pprox Press. Ver.(8501): P2 at 30,56 (SP 32, 1,	cmH2O	29,56 to 31,56	0,00		✗

Test Started On <u>06/11/24 12:28:29</u>

Serial Number <u>TV112010980</u>

Elapsed Test Time <u>19m 15s</u>

Status **<u>FAIL</u>**