PHILIPS
RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
71	0030.1030 Contr.Press.Ver.(36186): P1 at 45,76 (SP 46, 1,	cmH2O	44,76 to 46,76	46,00	✓	
72	0030.1040 Monit.Press.Ver.(35891): P2 at 45,76 (SP 46, 1,	cmH2O	44,76 to 46,76	45,89	✓	
73	0030.0164 Pprox Press. Ver.(36587): P2 at 45,76 (SP 46, 1	cmH2O	44,76 to 46,76	45,82	✓	
74	0030.1050 Contr.Press.Ver.(38586): P1 at 49,75 (SP 50, 1,	cmH2O	48,75 to 50,75	50,00	✓	
75	0030.1060 Monit.Press.Ver.(38683): P2 at 49,75 (SP 50, 1,	cmH2O	48,75 to 50,75	49,91	✓	
76	0030.0165 Pprox Press. Ver.(38960): P2 at 49,75 (SP 50, 1	cmH2O	48,75 to 50,75	49,87	✓	
77	0030.1070 Contr.Press.Ver.(47237): P1 at 64,12 (SP 65, 1,	cmH2O	63,12 to 65,12	64,41	✓	
78	0030.1080 Monit.Press.Ver.(48735): P2 at 64,12 (SP 65, 1,	cmH2O	63,12 to 65,12	64,34	✓	
79	0030.0166 Pprox Press. Ver.(47642): P2 at 64,12 (SP 65, 1	cmH2O	63,12 to 65,12	64,26	✓	
80	0030.1150 Atmospheric Pressure Verify: Patm at 28,05,28,0	inHg	27,45 to 28,65	27,99	✓	
81	0030.1250 Airstream Temperature (Tair) at 26,00 [19m 24s]	C deg	21,00 to 41,00	29,61	✓	

Test Started On <u>01/11/24 03:07:50</u>

Serial Number <u>TV11412164B</u>   **Elapsed Test Time** <u>19m 24s</u>

Status **FAIL**