



F-07-03-01/ Rev. 00



ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	SERVICIO DE SALUD CONCEPCION		
Dirección	SAN MARTIN n° 1580, CONCEPCION		
Contacto	JORGE FIGUEROA		
Correo	jfigueroa@ssconcepcion.cl		
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador Mecanico		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 100		
Serie	TV112010957		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	121764	H Hombre	3 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	11:30
Tipo de asistencia	FCO	H termino	15:30
Fecha	28-03-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo hace ingreso a laboratorio para aplicación de FCO, al igual que el equipo con numero serial TV112010986 presenta marcas en su mica, indicando un problema en ella. Se realizan cambios de piezas involucradas en el proceso, se aplican pruebas donde presenta fallas, donde al realizarse una inspección interna no presenta conexión entre el porting block y la tarjeta de sensores la cual se normaliza, de igual forma no presenta filtro de micrones.</p> <p>Realizada la normalización se aplican pruebas de funcionamiento, pasando satisfactoriamente las pruebas. Por otro lado, el equipo presenta los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Horas de funcionamiento: 1327,3 horas• Horas de funcionamiento Rubina: 38268,2/30000 horas de funcionamiento requiriendo un cambio de esta.• Versión de software 14.2.02, actualiza a la versión 14.2.05			

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE			
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO			
			
ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A INSTALAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1154978	RP- TRILOGY INLET AIR PATH/R	1	230912
1153125	RP- MR SYMBOL INTL	1	N/A
1029330	RP POLLEN FILTERS	1	230822
1152323	UNO TRILOGY ADDENDUM, ML	1	N/A
REPUESTO A SOLICITAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1112813	100 Filter Kit w/Tubing	1	
1045176	Stirring Fan Kit	1	
1045177	Stirring Fan Retainer Kit	1	
1054951_B	Motor Blower Assembly w/Isolation Assembly Kit	1	
1105663	Front Enclosure Kits	1	
		No requiere	
		No requiere	

F-07-03-01/ Rev. 00

	
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER	Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución