



F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	DOMINION SPA		
Dirección	AZAPA N° 5935, PISO -1, ANTOFAGASTA		
Contacto	MANUEL HURTADO		
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador Mecanico		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 202		
Serie	TV016072711		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	118628	H Hombre	1 Hora
Cobertura	Contrato	H inicio	08:30
Tipo de asistencia	Reparacion en laboratorio	H termino	10:30
Fecha	26-03-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Disco duro con falla	Problema en tarjetas electronicas	Reemplazo de repuesto	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
Equipo ingresa a laboratorio para realización de reparación programada. Se realiza cambio de tarjeta de OBM. Se realiza calibración de equipo, aplicación de protocolo de mantenimiento preventivo incluyendo mediciones de FiO2 y pruebas de seguridad eléctrica, equipo se encuentra disponible.			

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE			
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO			
			
ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A SOLICITAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1117283B	RP-Trilogy O2 and 202 PCA Kit RoHS	1	L220413042AST-16148_14
1029330	RP Pollen Filters	1	N/A
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">No requiere</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">No requiere</div>			
			
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	