








ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS SPA		
Dirección	AVDA. RECOLETA N° 464, RECOLETA		
Contacto	CAROLINA MUÑOZ		
Correo	CAROLINA.MUNOZ@DAVILA.CL		
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 202		
Serie	TV019111308		
Software	14.2.05	Hardware	
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	117903	H Hombre	3 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	11:00
Tipo de asistencia	Diagnostico en laboratorio	H termino	14:00
Fecha	05-03-2024	O.C.(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
No muestra parametro en pantalla			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas	Calibracion de servicio	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
Equipo ingresa a laboratorio para reparación, se realiza inspección visual del equipo, este se encuentra sin tarjeta SD propia, sin cable de alimentación y sin batería extraíble. Se realiza cambio de pieza requerida, se realiza calibración del equipo y de OBM, se realiza mediciones de FiO2 obteniendo resultados satisfactorios, se realiza prueba de seguridad eléctrica, equipo se encuentra disponible.			
Valor ajustado		Valor medido	
21%		22,1%	
40%		40,7%	
60%		61,7%	
80%		83,1	
100%		100%	

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE	
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	
	
	
	

ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A SOLICITAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1117283B	RP-Trilogy O2 and 202 PCA Kit RoHS	1	L220302057
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div>No requiere</div> <div>No requiere</div>			
			
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	