Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0021.0570 O2 Positive Flow Cal: dP1 at 64,0 (SP 65 @80,4P:	ADC Cnts	LE 1800	1692	✓	
37	0021.0580 O2 Positive Flow Cal: dP1 at 74,3 (SP 75 @79,9P:	ADC Cnts	LE 1938	1802	✓	
38	0021.0590 O2 Positive Flow Cal: dP1 at 84,2 (SP 85 @79,2P:	ADC Cnts	LE 2085	1940	✓	
39	0021.0600 O2 Positive Flow Cal: dP1 at 94,0 (SP 95 @78,4P:	ADC Cnts	LE 2209	2086	✓	
40	0021.0610 O2 Positive Flow Cal: dP1 at 102,0 (SP 105 @77,	ADC Cnts	LE 2356	2210	✓	
41	0021.0620 O2 Positive Flow Cal: dP1 at 113,0 (SP 115 @76,	ADC Cnts	LE 2402	2357	✓	
42	0021.0630 O2 Positive Flow Cal: dP1 at 124,5 (SP 125 @76,	ADC Cnts	LE 2512	2403	✓	
43	0021.0640 O2 Positive Flow Cal: dP1 at 135,3 (SP 135 @75,	ADC Cnts	LE 2602	2513	✓	
44	0021.0650 O2 Positive Flow Cal: dP1 at 144,5 (SP 145 @74,	ADC Cnts	LE 2870	2603	✓	
45	0021.0660 O2 Positive Flow Cal: dP1 at 174,3 (SP 175 @71,	ADC Cnts	LE 3018	2872	✓	
46	0021.0670 O2 Positive Flow Cal: dP1 at 189,7 (SP 190 @69,	ADC Cnts	LE 3999	3019	✓	
47	0021.0880 O2 Sensor Cal (RANGE_FAILURE): 4 mV at ambient	N/A	Pass	FALSE		✗
48	0021.0930 Write OBM Sensors Cal Table [20m 55s]	N/A	Pass	FALSE		✗

Test Started On 02/06/24 11:25:35

Serial Number TV02001060E   **Elapsed Test Time** 20m 55s

Status **FAIL**

Page 2 **of** 2