PHILIPS
RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0030.0280 Pos Flow Verify: dP2 at 48,0 (Setpoint 50) [10m	SLPM	42,6 to 53,4	51,8	✓	
37	0030.0290 Pos Flow Verify: dP2 at 38,0 (Setpoint 40) [10m	SLPM	33,0 to 43,0	41,0	✓	
38	0030.0300 Pos Flow Verify: dP2 at 28,0 (Setpoint 30) [10m	SLPM	23,4 to 32,6	30,1	✓	
39	0030.0310 Pos Flow Verify: dP2 at 19,8 (Setpoint 20) [10m	SLPM	14,8 to 24,8	20,9	✓	
40	0030.0320 Pos Flow Verify: dP2 at 10,0 (Setpoint 10) [10m	SLPM	5,5 to 14,5	10,8	✓	
41	0030.0330 Pos Flow Verify: dP2 at 5,0 (Setpoint 5) [10m 3	SLPM	1,2 to 8,8	5,7	✓	
42	0030.0510 Zero Flow Verify: dP2 at 0,0 (Setpoint 0) [10m	SLPM	-2,0 to 2,0	0,8	✓	
43	0030.0550 Neg Flow Verify: dP2 at -138,9 (Setpoint 140) [	SLPM	-147,9 to -129,8	-123,6		✗
44	0030.0560 Neg Flow Verify: dP2 at -128,0 (Setpoint 130) [	SLPM	-136,6 to -119,4	-114,6		✗
45	0030.0570 Neg Flow Verify: dP2 at -117,9 (Setpoint 120) [	SLPM	-126,1 to -109,6	-106,2		✗
46	0030.0580 Neg Flow Verify: dP2 at -107,7 (Setpoint 110) [	SLPM	-115,5 to -99,9	-97,3		✗
47	0030.0590 Neg Flow Verify: dP2 at -98,5 (Setpoint 100) [1	SLPM	-105,9 to -91,1	-88,7		✗
48	0030.0600 Neg Flow Verify: dP2 at -88,2 (Setpoint 90) [14	SLPM	-95,2 to -81,1	-78,7		✗
49	0030.0610 Neg Flow Verify: dP2 at -77,7 (Setpoint 80) [14	SLPM	-84,3 to -71,1	-69,7		✗
50	0030.0620 Neg Flow Verify: dP2 at -67,8 (Setpoint 70) [14	SLPM	-74,0 to -61,6	-62,4	✓	
51	0030.0630 Neg Flow Verify: dP2 at -57,0 (Setpoint 60) [14	SLPM	-62,8 to -51,2	-52,9	✓	
52	0030.0640 Neg Flow Verify: dP2 at -48,0 (Setpoint 50) [14	SLPM	-53,4 to -42,6	-44,6	✓	
53	0030.0650 Neg Flow Verify: dP2 at -38,0 (Setpoint 40) [14	SLPM	-43,0 to -33,0	-36,2	✓	
54	0030.0660 Neg Flow Verify: dP2 at -28,0 (Setpoint 30) [14	SLPM	-32,6 to -23,4	-27,2	✓	
55	0030.0670 Neg Flow Verify: dP2 at -20,0 (Setpoint 20) [14	SLPM	-25,0 to -15,0	-19,2	✓	
56	0030.0680 Neg Flow Verify: dP2 at -10,0 (Setpoint 10) [14	SLPM	-14,5 to -5,5	-8,7	✓	
57	0030.0690 Neg Flow Verify: dP2 at -5,0 (Setpoint 5) [14m	SLPM	-8,8 to -1,2	-3,9	✓	
58	0030.0700 Neg Flow Verify: dP2 at -0,0 (Setpoint 0) [14m	SLPM	-2,0 to 2,0	0,8	✓	
59	0030.0950 Contr.Press.Ver.(8932): P1 at 0,00 (SP 0, 1, 1)	cmH2O	-1,00 to 1,00	0,08	✓	
60	0030.0960 Monit.Press.Ver.(3533): P2 at 0,00 (SP 0, 1, 1)	cmH2O	-1,00 to 1,00	0,09	✓	
61	0030.0160 Pprox Press. Ver.(9202): P2 at 0,00 (SP 0, 1, 1	cmH2O	-1,00 to 1,00	0,01	✓	
62	0030.0970 Contr.Press.Ver.(11292): P1 at 3,84 (SP 4, 1, 1	cmH2O	2,84 to 4,84	3,99	✓	
63	0030.0980 Monit.Press.Ver.(6261): P2 at 3,84 (SP 4, 1, 1)	cmH2O	2,84 to 4,84	3,97	✓	
64	0030.0161 Pprox Press. Ver.(11547): P2 at 3,84 (SP 4, 1,	cmH2O	2,84 to 4,84	3,92	✓	
65	0030.0990 Contr.Press.Ver.(19728): P1 at 17,93 (SP 18, 1,	cmH2O	16,93 to 18,93	17,99	✓	
66	0030.1000 Monit.Press.Ver.(16140): P2 at 17,93 (SP 18, 1,	cmH2O	16,93 to 18,93	18,05	✓	
67	0030.0162 Pprox Press. Ver.(20079): P2 at 17,93 (SP 18, 1	cmH2O	16,93 to 18,93	18,04	✓	
68	0030.1010 Contr.Press.Ver.(28168): P1 at 31,94 (SP 32, 1,	cmH2O	30,94 to 32,94	32,00	✓	
69	0030.1020 Monit.Press.Ver.(25969): P2 at 31,94 (SP 32, 1,	cmH2O	30,94 to 32,94	32,08	✓	
70	0030.0163 Pprox Press. Ver.(28535): P2 at 31,94 (SP 32, 1	cmH2O	30,94 to 32,94	32,04	✓	

Test Started On 01/08/24 04:13:53

Serial Number TV110052651   **Elapsed Test Time** 22m 23s

Status **TERMINATED**