


F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN		
Dirección	SANTA ELVIRA N° 637, SANTIAGO		
Contacto	DR MIGUEL OYONARTE		
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador Mecanico		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 202		
Serie	TV012071003		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	114706	H Hombre	4 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	
Tipo de asistencia	Reparacion en laboratorio	H termino	
Fecha	22-05-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Otros	Otros	Otros	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo ingresa a laboratorio para proceso de reparación, se realiza cambio de turbina, y cambio de batería por contrato.</p> <p>Se reestablece horas de funcionamiento de turbina. Equipo se encuentra pendiente de calibración y prueba de seguridad eléctrica.</p>			

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE			
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO			
ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
REPUESTO A SOLICITAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1043570	DATAHABLE BATTERY PACK, USA/INTL		20220425
1054951	RP-TRILOGY MOTOR BLOWER ASSY KIT		L231013013
1045176	STIRRING FAN KIT		220127
1045177	RP-TRILOGY STIRRING FAN RETAINER KIT		230817
230317	RP Pollen Filters		1029330
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
		No requiere	
		No requiere	
			
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM	

F-07-03-01/ Rev. 00

	Institución
--	-------------