


F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	Andover		
Dirección			
Contacto			
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador Mecanico		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 202		
Serie	TV01711140A		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	117581	H Hombre	3 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	09:30
Tipo de asistencia	Reparacion en laboratorio	H termino	12:30
Fecha	10-04-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Otros	Otros	Otros	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Se realiza cambio de repuesto solicitados, no obstante equipo queda en status no disponible debido a falta de repuesto system PCA solicitado en OT 121443</p>			
REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE			
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO			

F-07-03-01/ Rev. 00

ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A INSTALAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1054951	RP-TRILOY MOTOR BLOWER ASSY KIT	1	L230707057
1054869	RP-TRILOGY O2 AND 202 WHISOER CAP	1	230906
1054773	RP-TRILOGY O2 AND 202 FILTER DUCT ASSY	1	230502
1054176	STIRRING FAN KIT	1	230510
1045177	RP-TRILOGY STIRRING FAN RETAINER KIT	1	220127
1117283B	RP-TRILOGY O2 AND 202 PCA KIT ROHS	1	L220316057
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div>No requiere</div> <div>No requiere</div>			
			
Ignacio Gamboa		Firma Supervisor o personal de EEMM	

F-07-03-01/ Rev. 00

INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER	Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución
------------------------------------	---