




F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	HOSPITAL DE ANGOL		
Dirección	ILABACA N° 752, ANGOL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA		
Contacto			
Correo	juanpablo.uribe@araucanianorte.cl daniela.hermosilla@araucanianorte.cl jenifer.torres@araucanianorte.cl		
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador Mecanico		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 100		
Serie	TV02001060E		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	119704	H Hombre	2 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	15:30
Tipo de asistencia	Reparacion en laboratorio	H termino	17:30
Fecha	23-04-2024	O.C.(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Otros	Otros	Otros	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
Se realiza reparación de equipo cambiado tarjeta de OBM, se realiza calibración del equipo, comprobación de valores y pruebas de seguridad eléctrica, equipo se encuentra disponible.			

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE			
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO			
			
ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A SOLICITAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1117283B	Oxygen Blender PCA Kit	1	L220413042_AST_16148_6
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div>Analizador de Seguridad Eléctrica- Fluke ESA-612 4465048 Proxima calibracion 05/03/2025</div> <div>Analizador de ventiladores mecánicos y gases anestésicos - Fluke VT900A 6007081 Proxima fecha de calibracion 02/09/2024</div>			
			
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	