





F-07-03-01/ Rev. 00

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A.		
Dirección	AVDA. SANTA MARIA N°1810, PROVIDENCIA		
Contacto			
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador Mecanico		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 202		
Serie	TV013091702		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	116470-306568	H Hombre	1 Hora
Cobertura	Contrato	H inicio	
Tipo de asistencia	Reparacion en laboratorio	H termino	
Fecha	04-09-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Otros	Otros	Otros	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo ingresa a laboratorio para cambio de turbina, se realiza proceso de reparación, y se calibra equipo, se realiza ventilación y distintos modos y aplicación me protocolo de mantenimiento preventivo. Equipo pasa pruebas de manera satisfactoria, se encuentra disponible.</p>			

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE			
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO			
			
ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REPUESTO A SOLICITAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1054951_B	RP-Trilogy Motor Blower Assembly Kit	1	L231013013
1045176	STIRRING FAN KIT	1	220131
1045177	RP-TRILOGY STIRRING FAN RETAINER KIT	1	230919
1070250	RP-TRILOGY 200/202/O2 TUBING KIT	1	230830A ST17122
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
		No requiere	
		No requiere	
			
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	