PHILIPS
RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0020.0570 Pos Flow Cal: dP2 at 77,3 (Setpoint 75) [12m 56	ADC Cnts	LE 46450	45543	✓	
37	0020.0580 Pos Flow Cal: dP2 at 87,2 (Setpoint 85) [12m 56	ADC Cnts	LE 47268	46451	✓	
38	0020.0590 Pos Flow Cal: dP2 at 96,8 (Setpoint 95) [12m 56	ADC Cnts	LE 48117	47269	✓	
39	0020.0600 Pos Flow Cal: dP2 at 107,7 (Setpoint 105) [12m	ADC Cnts	LE 48910	48118	✓	
40	0020.0610 Pos Flow Cal: dP2 at 117,5 (Setpoint 115) [12m	ADC Cnts	LE 49607	48910	✓	
41	0020.0620 Pos Flow Cal: dP2 at 128,3 (Setpoint 125) [12m	ADC Cnts	LE 50235	49608	✓	
42	0020.0630 Pos Flow Cal: dP2 at 137,2 (Setpoint 135) [12m	ADC Cnts	LE 50885	50236	✓	
43	0020.0640 Pos Flow Cal: dP2 at 148,2 (Setpoint 145) [12m	ADC Cnts	LE 52110	50886	✓	
44	0020.0650 Pos Flow Cal: dP2 at 167,0 (Setpoint 170) [12m	ADC Cnts	LE 53239	52111	✓	
45	0020.0660 Pos Flow Cal: dP2 at 187,5 (Setpoint 190) [12m	ADC Cnts	LE 65435	53240	✓	
46	0020.0900 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Slope (m) [	inHg/ADC	EQ 0,000517	0,000517	✓	
47	0020.0910 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Intercept (	inHg	1,91 to 4,09	2,52	✓	
48	0020.0920 Write Sensors Cal Table [13m 46s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
49	0020.0970 Write Pprox Cal Table [14m 31s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
50	0020.0935 O2 Sensor Cal (not attempted for SW ver.14.2.05	N/A	None	None	✓	
51	0020.1030 Write Image Table [14m 52s]	N/A	Pass	TRUE	✓	

Test Started On <u>07/04/24 12:28:13</u>

Serial Number <u>TV116081143</u> **Elapsed Test Time** <u>14m 52s</u>

Status **PASS**