









ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A.		
Dirección	EZEQUIAS ALLENDE N° 2345		
Contacto			
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador		
Marca	Respironics		
Modelo	Trilogy 100		
Serie	TV114121231		
Software	14.2.05	Hardware	
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	118852	H Hombre	1 Hora
Cobertura	Contrato	H inicio	08:30
Tipo de asistencia	FCO	H termino	09:30
Fecha	16-02-2024	O.C.(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas	Calibracion de servicio	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
Se aplica FCO al equipo realizando los cambios de piezas requeridas. Se realiza comprobación del equipo. Equipo queda funcional.			

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE		
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO		
		
		
		
ESTADO DEL EQUIPO		
Equipo se encuentra operativo		<div>SI</div> <div><input type="radio"/></div>
		<div>NO</div> <div><input type="radio"/></div>
REPUESTO A SOLICITAR		

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
	RP- TRILOGY INLET AIR PATH/R		230912
	RP- MR SYMBOL INTL		230921
	RP POLLEN FILTERS		230822
	UNO TRILOGY ADDENDUM, ML		88016

INSTRUMENTOS UTILIZADOS	
<div>Analizador de Seguridad Eléctrica- Fluke ESA-612 6034120 Proxima calibracion 01/06/2024</div> <div>No requiere</div>	
	
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER	Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución