




ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	FUNDACION JOSEFINA MARTINEZ		
Dirección	CAMILO HENRIQUEZ N°3691, PUENTE ALTO		
Contacto	JAIME BELLOLIO		
Correo	bellolio@uc.cl		
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	VENTILADOR TRILOGY 100		
Marca	PHILIPS RESPIRONICS		
Modelo	LA1054096		
Serie	TV114121644		
Software		Hardware	
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	118522	H Hombre	3 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	12:30
Tipo de asistencia	FCO	H termino	15:30
Fecha	12-01-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa Alvarado		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Problemas en medicion de parametros	Problema en tarjetas electronicas	Calibracion de servicio	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo Trilogy es iniciado identificando los siguientes valores de funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horas de funcionamiento de turbina: 4991,9 • Horas de funcionamiento de equipo: 4991,8 • versión de software: 14.2.05 <p>Se realiza FCO correspondientes y se realizaron pruebas de funcionamiento, el equipo pasa todas sus pruebas sin problemas quedando operativo.</p>			

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE	
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	
	

ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A INSTALAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
	RP- TRILOGY INLET AIR PATH/R	1	230912
	RP- MR SYMBOL INTL	1	230921
	RP POLLEN FILTERS	1	230822
	UNO TRILOGY ADDENDUM, ML	1	88016
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div>No requiere</div> <div>No requiere</div>			
			
Ignacio Gamboa Alvarado INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER			
		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	