PHILIPS

RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
1	0020.0001 Ambient Air: RH=42,40%; T=24,40Cdeg [12s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
2	0020.0010 O2 Sensor Heater On (not attempted for SW ver.1	N/A	None	None	✓	
3	0020.0010 Press Sensors Cal P1@3,90&50,06cmH2O/9641&33245	2O/ADC C	,00151 to 0,0018	0,00166	✓	
4	0020.0020 Press Sensors Cal P1@3,90&50,06cmH2O/9641&33245	cmH2O	-18,22 to -9,05	-14,74	✓	
5	0020.0030 Press Sensors Cal P1@3,90&50,06cmH2O/9641&33245	ADC Cnts	5994 to 9998	8907	✓	
6	0020.0040 Press Sensors Cal P2@3,90&50,06cmH2O/9641&33245	2O/ADC C	,00114 to 0,0018	0,00144	✓	
7	0020.0050 Press Sensors Cal P2@3,90&50,06cmH2O/9641&33245	cmH2O	-19,53 to 0,00	-4,68	✓	
8	0020.0060 Press Sensors Cal P2@3,90&50,06cmH2O/9641&33245	ADC Cnts	0 to 10399	3301	✓	
9	0020.0950 Press Sensors Cal Pprox@3,90&50,06cmH2O/9641&33	2O/ADC C	,00151 to 0,0018	0,00166	✓	
10	0020.0960 Press Sensors Cal Pprox@3,90&50,06cmH2O/9641&33	cmH2O	-18,22 to -9,05	-14,69	✓	
11	0020.0970 Press Sensors Cal Pprox@3,90&50,06cmH2O/9641&33	ADC Cnts	5994 to 9998	8858	✓	
12	0020.0120 Neg Flow Cal: dP2 at -146,3 (Setpoint 145) [8m	ADC Cnts	GE 101	14633	✓	
13	0020.0130 Neg Flow Cal: dP2 at -132,8 (Setpoint 135) [8m	ADC Cnts	GE 14634	15581	✓	
14	0020.0140 Neg Flow Cal: dP2 at -123,2 (Setpoint 125) [8m	ADC Cnts	GE 15582	16322	✓	
15	0020.0150 Neg Flow Cal: dP2 at -113,2 (Setpoint 115) [8m	ADC Cnts	GE 16323	17149	✓	
16	0020.0160 Neg Flow Cal: dP2 at -103,3 (Setpoint 105) [8m	ADC Cnts	GE 17150	18026	✓	
17	0020.0170 Neg Flow Cal: dP2 at -93,3 (Setpoint 95) [8m 27	ADC Cnts	GE 18026	19055	✓	
18	0020.0180 Neg Flow Cal: dP2 at -83,5 (Setpoint 85) [8m 27	ADC Cnts	GE 19056	20105	✓	
19	0020.0190 Neg Flow Cal: dP2 at -72,9 (Setpoint 75) [8m 27	ADC Cnts	GE 20106	21116	✓	
20	0020.0200 Neg Flow Cal: dP2 at -64,0 (Setpoint 65) [8m 27	ADC Cnts	GE 21118	22171	✓	
21	0020.0210 Neg Flow Cal: dP2 at -53,0 (Setpoint 55) [8m 27	ADC Cnts	GE 22172	23387	✓	
22	0020.0220 Neg Flow Cal: dP2 at -43,0 (Setpoint 45) [8m 27	ADC Cnts	GE 23388	24707	✓	
23	0020.0230 Neg Flow Cal: dP2 at -33,0 (Setpoint 35) [8m 27	ADC Cnts	GE 24708	26138	✓	
24	0020.0240 Neg Flow Cal: dP2 at -23,0 (Setpoint 25) [8m 27	ADC Cnts	GE 26139	27808	✓	
25	0020.0250 Neg Flow Cal: dP2 at -14,7 (Setpoint 15) [8m 27	ADC Cnts	GE 27809	29628	✓	
26	0020.0260 Neg Flow Cal: dP2 at -5,0 (Setpoint 5) [8m 27s]	ADC Cnts	GE 29629	32088	✓	
27	0020.0270 Neg Flow Cal: dP2 at -0,0 (Setpoint 0) [8m 27s]	ADC Cnts	GE 32089	33291	✓	
28	0020.0450 Raw Zero Flow: dP2 at 0,0 (Setpoint 0) [8m 27s]	ADC Cnts	GE 0	33291	✓	
29	0020.0500 Pos Flow Cal: dP2 at 5,0 (Setpoint 5) [13m 50s]	ADC Cnts	LE 37256	34562	✓	
30	0020.0510 Pos Flow Cal: dP2 at 15,0 (Setpoint 15) [13m 50	ADC Cnts	LE 39029	37257	✓	
31	0020.0520 Pos Flow Cal: dP2 at 23,0 (Setpoint 25) [13m 50	ADC Cnts	LE 41165	39030	✓	
32	0020.0530 Pos Flow Cal: dP2 at 38,0 (Setpoint 35) [13m 50	ADC Cnts	LE 42156	41166	✓	
33	0020.0540 Pos Flow Cal: dP2 at 47,0 (Setpoint 45) [13m 50	ADC Cnts	LE 43242	42157	✓	
34	0020.0550 Pos Flow Cal: dP2 at 56,7 (Setpoint 55) [13m 50	ADC Cnts	LE 44333	43243	✓	
35	0020.0560 Pos Flow Cal: dP2 at 67,2 (Setpoint 65) [13m 50	ADC Cnts	LE 45360	44334	✓	

Test Started On 04/26/24 11:37:59

Serial Number TV016020408   **Elapsed Test Time** 19m 19s

Status **PASS**