PHILIPS

RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0030.0280 Pos Flow Verify: dP2 at 47,8 (Setpoint 50) [9m	SLPM	42,4 to 53,2	48,2	✓	
37	0030.0290 Pos Flow Verify: dP2 at 37,5 (Setpoint 40) [9m	SLPM	32,5 to 42,5	38,7	✓	
38	0030.0300 Pos Flow Verify: dP2 at 28,0 (Setpoint 30) [9m	SLPM	23,4 to 32,6	28,7	✓	
39	0030.0310 Pos Flow Verify: dP2 at 20,0 (Setpoint 20) [9m	SLPM	15,0 to 25,0	19,9	✓	
40	0030.0320 Pos Flow Verify: dP2 at 10,0 (Setpoint 10) [9m	SLPM	5,5 to 14,5	10,4	✓	
41	0030.0330 Pos Flow Verify: dP2 at 5,0 (Setpoint 5) [9m 35	SLPM	1,2 to 8,8	5,2	✓	
42	0030.0510 Zero Flow Verify: dP2 at 0,0 (Setpoint 0) [9m 4	SLPM	-2,0 to 2,0	-0,1	✓	
43	0030.0550 Neg Flow Verify: dP2 at -138,8 (Setpoint 140) [	SLPM	-147,9 to -129,8	-136,1	✓	
44	0030.0560 Neg Flow Verify: dP2 at -128,0 (Setpoint 130) [	SLPM	-136,6 to -119,4	-125,6	✓	
45	0030.0570 Neg Flow Verify: dP2 at -117,8 (Setpoint 120) [	SLPM	-126,0 to -109,6	-116,0	✓	
46	0030.0580 Neg Flow Verify: dP2 at -108,3 (Setpoint 110) [	SLPM	-116,2 to -100,5	-106,9	✓	
47	0030.0590 Neg Flow Verify: dP2 at -98,0 (Setpoint 100) [1	SLPM	-105,4 to -90,6	-96,2	✓	
48	0030.0600 Neg Flow Verify: dP2 at -88,8 (Setpoint 90) [14	SLPM	-95,9 to -81,8	-85,5	✓	
49	0030.0610 Neg Flow Verify: dP2 at -77,7 (Setpoint 80) [14	SLPM	-84,3 to -71,1	-75,7	✓	
50	0030.0620 Neg Flow Verify: dP2 at -67,5 (Setpoint 70) [14	SLPM	-73,7 to -61,3	-66,9	✓	
51	0030.0630 Neg Flow Verify: dP2 at -57,2 (Setpoint 60) [14	SLPM	-63,0 to -51,4	-57,5	✓	
52	0030.0640 Neg Flow Verify: dP2 at -48,0 (Setpoint 50) [14	SLPM	-53,4 to -42,6	-47,7	✓	
53	0030.0650 Neg Flow Verify: dP2 at -38,0 (Setpoint 40) [14	SLPM	-43,0 to -33,0	-37,9	✓	
54	0030.0660 Neg Flow Verify: dP2 at -28,0 (Setpoint 30) [14	SLPM	-32,6 to -23,4	-28,3	✓	
55	0030.0670 Neg Flow Verify: dP2 at -19,8 (Setpoint 20) [14	SLPM	-24,8 to -14,8	-20,5	✓	
56	0030.0680 Neg Flow Verify: dP2 at -10,0 (Setpoint 10) [14	SLPM	-14,5 to -5,5	-10,1	✓	
57	0030.0690 Neg Flow Verify: dP2 at -5,0 (Setpoint 5) [14m	SLPM	-8,8 to -1,2	-5,0	✓	
58	0030.0700 Neg Flow Verify: dP2 at -0,0 (Setpoint 0) [14m	SLPM	-2,0 to 2,0	-0,1	✓	
59	0030.0950 Contr.Press.Ver.(7954): P1 at 0,00 (SP 0, 1, 1)	cmH2O	-1,00 to 1,00	0,17	✓	
60	0030.0960 Monit.Press.Ver.(4098): P2 at 0,00 (SP 0, 1, 1)	cmH2O	-1,00 to 1,00	0,17	✓	
61	0030.0160 Pprox Press. Ver.(8147): P2 at 0,00 (SP 0, 1, 1	cmH2O	-1,00 to 1,00	0,11	✓	
62	0030.0970 Contr.Press.Ver.(10281): P1 at 3,89 (SP 4, 1, 1	cmH2O	2,89 to 4,89	3,99	✓	
63	0030.0980 Monit.Press.Ver.(6824): P2 at 3,89 (SP 4, 1, 1)	cmH2O	2,89 to 4,89	4,05	✓	
64	0030.0161 Pprox Press. Ver.(10478): P2 at 3,89 (SP 4, 1,	cmH2O	2,89 to 4,89	3,96	✓	
65	0030.0990 Contr.Press.Ver.(18806): P1 at 17,92 (SP 18, 1,	cmH2O	16,92 to 18,92	18,00	✓	
66	0030.1000 Monit.Press.Ver.(16608): P2 at 17,92 (SP 18, 1,	cmH2O	16,92 to 18,92	17,97	✓	
67	0030.0162 Pprox Press. Ver.(18952): P2 at 17,92 (SP 18, 1	cmH2O	16,92 to 18,92	17,94	✓	
68	0030.1010 Contr.Press.Ver.(27338): P1 at 31,94 (SP 32, 1,	cmH2O	30,94 to 32,94	31,99	✓	
69	0030.1020 Monit.Press.Ver.(26397): P2 at 31,94 (SP 32, 1,	cmH2O	30,94 to 32,94	31,89	✓	
70	0030.0163 Pprox Press. Ver.(27389): P2 at 31,94 (SP 32, 1	cmH2O	30,94 to 32,94	31,81	✓	

Test Started On 12/21/23 02:14:05

Serial Number TV119092720

Elapsed Test Time 1 hr 7m 31s

Status **PASS**