PHILIPS

RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
36	0020.0570 Pos Flow Cal: dP2 at 77,0 (Setpoint 75) [13m 18	ADC Cnts	LE 46833	45820	✓	
37	0020.0580 Pos Flow Cal: dP2 at 88,3 (Setpoint 85) [13m 18	ADC Cnts	LE 47620	46834	✓	
38	0020.0590 Pos Flow Cal: dP2 at 96,3 (Setpoint 95) [13m 18	ADC Cnts	LE 48485	47621	✓	
39	0020.0600 Pos Flow Cal: dP2 at 106,7 (Setpoint 105) [13m	ADC Cnts	LE 49058	48486	✓	
40	0020.0610 Pos Flow Cal: dP2 at 114,8 (Setpoint 115) [13m	ADC Cnts	LE 49953	49059	✓	
41	0020.0620 Pos Flow Cal: dP2 at 127,3 (Setpoint 125) [13m	ADC Cnts	LE 50489	49954	✓	
42	0020.0630 Pos Flow Cal: dP2 at 135,8 (Setpoint 135) [13m	ADC Cnts	LE 51455	50490	✓	
43	0020.0640 Pos Flow Cal: dP2 at 151,5 (Setpoint 145) [13m	ADC Cnts	LE 52396	51456	✓	
44	0020.0650 Pos Flow Cal: dP2 at 167,2 (Setpoint 170) [13m	ADC Cnts	LE 53321	52397	✓	
45	0020.0660 Pos Flow Cal: dP2 at 181,7 (Setpoint 190) [13m	ADC Cnts	LE 65435	53322	✓	
46	0020.0900 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Slope (m) [	inHg/ADC	EQ 0,000517	0,000517	✓	
47	0020.0910 Atmospheric Press Sensors Cal Patm: Intercept (	inHg	1,91 to 4,09	2,49	✓	
48	0020.0920 Write Sensors Cal Table [13m 40s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
49	0020.0970 Write Pprox Cal Table [13m 56s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
50	0020.0935 O2 Sensor Cal (not attempted for SW ver.14.2.05	N/A	None	None	✓	
51	0020.0980 dP Calibration: dP1 @ 10,00cmH2O (Setpoint 10,0	ADC Cnts	18030 to 71180	36398	✓	
52	0020.0981 dP Calibration: dP1 @ 4,00cmH2O (Setpoint 4,00)	ADC Cnts	199630 to 235480	212640	✓	
53	0020.0982 dP Calibration: dP1 @ 0,00cmH2O (Setpoint 0,00)	ADC Cnts	297270 to 358070	332860	✓	
54	0020.0983 dP Calibration: dP1 @ 4,00cmH2O (Setpoint 4,00)	ADC Cnts	430240 to 466090	453120	✓	
55	0020.0984 dP Calibration: dP1 @ 10,00cmH2O (Setpoint 10,0	ADC Cnts	594540 to 647690	629502	✓	
56	0020.1020 Write dP Cal Table [16m 57s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
57	0020.1030 Write Image Table [17m 9s]	N/A	Pass	TRUE	✓	

Test Started On <u>06/07/24 11:03:42</u>

Serial Number <u>TV012071003</u>

Elapsed Test Time <u>17m 9s</u>

Status **PASS**