





F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	Indura		
Dirección			
Contacto			
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador Mecanico		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 100		
Serie	TV119092718		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	121500	H Hombre	3 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	08:30
Tipo de asistencia	Diagnostico en laboratorio	H termino	11:30
Fecha	20-03-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Equipo ingresa a laboratorio para realización de FCO correspondiente. Se realiza cambio de piezas involucradas. Se obtienen los siguientes datos del equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horas de turbina: 7354 • Horas de trabajo: 1475,5 • Versión de SW: 14.2.05 <p>Se realiza calibración del equipo debido a que no pasa las pruebas, de esta forma obteniendo resultados satisfactorios del equipo. Se encuentra disponible.</p>			

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE			
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO			
			
ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A SOLICITAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1154978	RP-Trilogy Inlet Air Path Removable Foam	1	230912
1029330	RP, Pollen Filter	1	230822
1153125	RP- MR SYMBOL INTL	1	N/A
1152323	UNO TRILOGY ADDENDUM, ML	1	N/A
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div>No requiere</div> <div>No requiere</div>			
			
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	