PHILIPS
RESPIRONICS

Test Report

Step	Description	Units	Limits	Results	Pass	Fail
1	0010.0003 Write Charger Limiter Table (Limit=75%) [16s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
2	0010.0020 Check Leak (1) 43 @ 25,8cmH2O: Control Flow Sen:	SLPM	-5 to 5	0,49	✓	
3	0010.0021 Check Leak (1) @ 25,8cmH2O: Test Setup [3m 55s]	SLPM	-5 to 5	0,00	✓	
4	0010.0070 Check HW Revision [3m 55s]	N/A	EQ 0	0	✓	
5	0010.0080 Check SW Revision (DSP rev. 13) [3m 55s]	N/A	EQ 14.2.05	14.2.05	✓	
6	0010.0110 Check Clock Settings [3m 55s]	s	LE 300	0	✓	
7	0010.0120 Int.Batt.Cap.@(T=23C,SH=91%,CC=28,CF=0,ME=1) [3|	%	15 to 85	76,00	✓	
8	0010.0121 Det.Batt.Cap.@(T=22C,SH=82%,CC=80,CF=0,ME=1) (1	%	15 to 85	67,00	✓	
9	0010.0130 Check Ref. Voltage [3m 55s]	mV	2450 to 2550	2487	✓	
10	0010.0140 Motor Temperature [3m 55s]	C Deg	15 to 82	28	✓	
11	0010.0150 Check CPLD SW Revision [3m 55s]	N/A	EQ 12	12	✓	
12	0010.0160 Boot Monitor SW Revision [3m 55s]	N/A	EQ 4.0	4.0	✓	
13	0010.0170 Int. Batt. S/N [3m 55s]	N/A	00203905	00203905	✓	
14	0010.0180 Detach. Batt. S/N [3m 55s]	N/A	00202D35	00202D35	✓	
15	0020.1030 Write Image Table [4m 6s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
16	0030.0010 Sensor Board Table Active [5m 18s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
17	0030.0020 Device Table Active [5m 18s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
18	0030.0030 Proximal Pressure Table Active [5m 18s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
19	0030.0040 Charger Settings Table Active [5m 18s]	N/A	Pass	TRUE	✓	
20	0030.0050 Image Table Active (Trilogy100_ImageCalTable.bi:	N/A	Pass	TRUE	✓	
21	0030.0080 Device Name [5m 20s]	N/A	ogy 100, Latin A	ogy 100, Latin Ame	✓	
22	0030.0090 Device Model [5m 20s]	N/A	EQ LA1054096	LA1054096	✓	
23	0030.0100 Device S/N [5m 20s]	N/A	EQ TV11412164B	TV11412164B	✓	
24	0030.0110 Product ID (Trilogy 100 Ventilator) [5m 20s]	N/A	EQ 2C	2C	✓	
25	0030.0170 Pos Flow Verify: dP2 at 191,0 (Setpoint 190) [9	SLPM	179,9 to 202,1	214,1		✘
26	0030.0180 Pos Flow Verify: dP2 at 168,0 (Setpoint 165) [9	SLPM	157,8 to 178,2	190,2		✘
27	0030.0190 Pos Flow Verify: dP2 at 138,5 (Setpoint 140) [9	SLPM	129,5 to 147,5	160,0		✘
28	0030.0200 Pos Flow Verify: dP2 at 126,7 (Setpoint 130) [9	SLPM	118,1 to 135,2	145,8		✘
29	0030.0210 Pos Flow Verify: dP2 at 118,0 (Setpoint 120) [9	SLPM	109,8 to 126,2	136,3		✘
30	0030.0220 Pos Flow Verify: dP2 at 107,3 (Setpoint 110) [9	SLPM	99,5 to 115,1	123,4		✘
31	0030.0230 Pos Flow Verify: dP2 at 97,8 (Setpoint 100) [9m	SLPM	90,4 to 105,2	111,7		✘
32	0030.0240 Pos Flow Verify: dP2 at 87,3 (Setpoint 90) [9m	SLPM	80,3 to 94,3	99,2		✘
33	0030.0250 Pos Flow Verify: dP2 at 77,7 (Setpoint 80) [9m	SLPM	71,1 to 84,3	87,9		✘
34	0030.0260 Pos Flow Verify: dP2 at 67,0 (Setpoint 70) [9m	SLPM	60,8 to 73,2	76,8		✘
35	0030.0270 Pos Flow Verify: dP2 at 57,7 (Setpoint 60) [9m	SLPM	51,9 to 63,5	66,0		✘

Test Started On <u>01/15/24 09:29:47</u>

Serial Number <u>TV11412164B</u>   **Elapsed Test Time** <u>17m 49s</u>

Status **<u>FAIL</u>**