



F-07-03-01/ Rev. 00

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente	HOSPITAL DR. EXEQUIEL GONZALEZ CORTES		
Dirección			
Contacto			
Correo			
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO			
Equipo	Ventilador Mecanico		
Marca	Philips Respironics		
Modelo	Trilogy 202		
Serie	TV01602040B		
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA			
OT - ACT	115513	H Hombre	4 Horas
Cobertura	Contrato	H inicio	9:30
Tipo de asistencia	Reparacion en laboratorio	H termino	13:30
Fecha	26-04-2024	O.C(Opcional)	
IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN			
Ingeniero	Ignacio Gamboa		
FALLA REPORTADA POR CLIENTE			
Otros			
Otros			
DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICA			
FALLA IDENTIFICADA	CAUSA	SOLUCION	
Otros	Otros	Otros	
Otros:	Otros:	Otros:	
OBSERVACION GENERAL			
<p>Se realiza procedimiento de reparación, se cambian piezas comprometidas, se realiza calibración de equipo, mediciones de FiO2, prueba de seguridad eléctrica y procedimiento de mantenimiento preventivo, equipo queda operativo y se encuentra disponible.</p>			

F-07-03-01/ Rev. 00

REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE			
NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO			
			
ESTADO DEL EQUIPO		SI	NO
Equipo se encuentra operativo		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPUESTO A SOLICITAR			
NUMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOTE/SERIE
1054951	RP-TRILOGY MOTOR BLOWER ASSY KIT	1	L2307070 57
1045176	STIRRING FAN KIT	1	220127
1045177	RP-TRILOGY STIRRING FAN RETAINER KIT	1	230817
CABLEPODER	CABLE DE PODER	1	AST5010
1029330	RP Pollen Filters	1	230317
1117283B	RP-TRILOGY O2 AND 202 PCA KIT	1	L220413042AST- 16148_10
INSTRUMENTOS UTILIZADOS			
<div>Analizador de Seguridad Eléctrica- Fluke ESA-612 4465048 Proxima calibracion 05/03/2025</div> <div>No requiere</div>			
			
Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER		Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución	

